

Zadavatel:

CEJIZA, s.r.o.

se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 28353242

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„DNS 20 – Lůžka a matrace“

zadávaná v Dynamickém nákupním systému na dodávku lůžek, matrací a stolků pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje 2021-2023
ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

I. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Žádost ze dne 10.11.2022

Dotaz

Dobrý den,

zadavatel v technické specifikaci uvádí:

lakovaný rám s kovovými sítěmi odnímatelnými z důvod bez nástroje

- Umožní zadavatel dodavavteli nabídnout lůžko s neodnímatelnými kovovými lamelami?

Dolní úvrať el. nastav., max. 36 cm

Horní úvrať el. nastav., min. 80 cm

- Umožní zadavavtel dodavavteli nabídnout lůžko s ložnou plochou 39,5-78,5 cm?

Výškové pozice postranic (min. 3)

- Umožní zadavavtel dodavavteli nabídnout lůžko se 2 výškovými pozicemi postranic?

Informace zadavatele:

Ano, zadavatel umožňuje nabídnout u předmětu plnění nabídnout:

- lůžko s neodnímatelnými kovovými lamelami

- lůžko s ložnou plochou dolní úvrať 39,5- horní úvrať 78,5 cm

- lůžko se 2 výškovými pozicemi postranic

Zadavatel upravuje v souvislosti s výše uvedeným Přílohu č. 3 Technickou specifikaci.

II. Změna zadávací dokumentace

Zadavatel mění Přílohu č. 3 - Technická specifikace předmětu plnění a to tak, že u předmětu plnění pečovatelské lůžko:

- upravuje požadavek na parametr č. 5 - Rám: lakovaný rám s kovovými sítěmi odnímatelnými nebo neodnímatelnými kovovými lamelami
- upravuje požadavek na parametr č. 13 - Dolní úvrať el. nastav., max. 39,5 cm
- upravuje požadavek na parametr č. 14 - Horní úvrať el. nastav., min. 78,5 cm
- upravuje požadavek na parametr č. 17 - Výškové pozice postranic (min. 2)

Dodavatel bude při zpracování nabídky respektovat provedené změny.

III. Prodloužení lhůty pro podání nabídek

V souvislosti s vysvětlením, změnou a doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 28.11.2022

Hodina: 10:00

Přílohy: Příloha č. 3 Technická specifikace

V Brně dne 14.11.2022

CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka