

Zadavatel:

CEJIZA, s.r.o.

se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 28353242

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„DNS 21 – Nemocniční lůžka a matrace“

zadávaná v Dynamickém nákupním systému na dodávku lůžek, matrací a stolků pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje 2021-2023

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

I. Vysvětlení zadávací dokumentace

Žádost ze dne 29.11.2022

Dotaz:

Dobrý den, může zadavatel vysvětlit následující pojmy:

- *Podvozek standardní s multifunkčním adaptérem pro umístění hrazdy, kryt podvozku*
- hrazda je umístěna v držáku v rohu lůžka
- *Adaptér na příslušenství podvozku- co tím má zadavatel na mysli?*
- *Bezpečnostní vypnutí zdvihu lůžka- má zadavatel na mysli uzamknutí možnosti zdvihu lůžka na ovladačích?*
- *automatická brzda pro předcházení pádu pacientů při nezabrzdném lůžku*
-umožní zadavatel nabídnout lůžko s akustickým alarmem nezabrzdného lůžka?
- *Pacientské ovladače ve středových postranicích- umožní zadavatel dodavateli nabídnout lůžko s pacientskými ovladači v hlavové postranici?*
- *Ochranná kolečka 90 mm- umožní zadavatel dodavateli nabídnout lůžko s ochrannými kolečky 75 mm?*

- *Výstupní elektrokontrola- Co tím má zadavatel na mysli?*

Lůžko s váhou:

- *Integrované ovladače v postranicích pro personál, externí ACP s plug & plax- může dodavatel nabídnout lůžko s těmito ovladači: patientský a sesterský ovladač v postranicích a externí sesterský ovladač na kabelu s LCD panelem?*

Informace zadavatele:

Zadavatel vysvětluje a upřesňuje následující pojmy:

- *Podvozek standardní s multifunkčním adaptérem pro umístění hrazdy, kryt podvozku - hrazda je umístěna v držáku v rohu lůžka*

Vysvětlení zadavatele: Lůžko musí obsahovat adaptér pro umístění hrazdy na podvozku lůžka (ne na polohovatelných částech lůžka), kryt podvozku chrání elektromotory.

- *Adaptér na příslušenství podvozku - co tím má zadavatel na mysli?*

Vysvětlení zadavatele: Adaptér na příslušenství na podvozku slouží k možnosti umístění hrazdy, infuzního stojanu, držáku kyslíkové lahve apod.

- *Bezpečnostní vypnutí zdvihu lůžka- má zadavatel na mysli uzamknutí možnosti zdvihu lůžka na ovladačích?*

Vysvětlení zadavatele: Pokud je mezi ložnou plochou a podvozkem lůžka detekován předmět, dojde k automatickému vypnutí zdvihu lůžka.

- *Automatická brzda pro předcházení pádu pacientů při nezabrzdném lůžku -umožní zadavatel nabídnout lůžko s akustickým alarmem nezabrzdného lůžka?*

Odpověď zadavatele: Zadavatel požaduje lůžka s automatickou brzdou.

- *Pacientské ovladače ve středových postranicích - umožní zadavatel dodavateli nabídnout lůžko s patientskými ovladači v hlavové postranici?*

Odpověď zadavatele: Zadavatel požaduje ovladače ve středových postranicích.

- *Ochranná kolečka 90 mmb- umožní zadavatel dodavateli nabídnout lůžko s ochrannými kolečky 75 mm?*

Odpověď zadavatele: Ano, zadavatel bude akceptovat lůžka s ochrannými kolečky 75 mm.

- *Výstupní elektrokontrola - Co tím má zadavatel na mysli?*

Vysvětlení zadavatele: Lůžko musí projít výstupní elektrokontrolou výrobce doložitelnou protokolem naměřených hodnot.

Lůžko s váhou:

- *Integrované ovladače v postranicích pro personál, externí ACP s plug & plax- může dodavatel nabídnout lůžko s těmito ovladači: patientský a sesterský ovladač v postranicích a externí sesterský*

ovladač na kabelu s LCD panelem?

Odpověď zadavatele: Zadavatel bude akceptovat toto řešení.

Žádost ze dne 29.11.2022

Dotaz :

Dobrý den, budete akceptovat nabídku lůžek jiné, než sloupové konstrukce, které splňují všechny ostatní požadavky zadavatele? Děkuji za odpověď.

Informace zadavatele:

Zadavatel trvá na parametru sloupové konstrukce.

II. Změna zadávací dokumentace

Zadavatel s výše uvedeným dále mění a upřesňuje Přílohu č. 3 Technickou specifikace u předmětu plnění. Dodavatelé jsou při zpracování nabídky povinni vycházet z aktualizované přílohy č. 3. Technické specifikace předmětu plnění.

III. Prodloužení lhůty pro podání nabídek

V souvislosti s vysvětlením, změnou a doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 16.12.2022

Hodina: 10:00

Přílohy: Příloha č. 3 Technická specifikace

V Brně dne 06.12.2022

CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka