

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. II

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

RTG přístroj pro Nemocnici Tišnov

evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2022-050750**

spisová značka zadavatele: **NTRTG0922**

(dále jen „*veřejná zakázka*“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace

IČO: 44947909

se sídlem: Tišnov, Purkyňova 279, PSČ 666 01

(dále jen „*zadavatel*“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Veřejné zadávání, s.r.o.

IČO: 09439447

se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00

(dále jen „*zástupce zadavatele*“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon*“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je obchodní společnost **Veřejné zadávání, s.r.o.**

V souladu s § 98 zákona zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

1)

Dotaz

Zadavatel specifikuje parametry „Rotace RTG lampy kolem horizontální osy“ a „Rotace RTG lampy kolem vertikální osy“.

Chápeme jako uchazeč správně, že parametrem „Rotace RTG lampy kolem horizontální osy“ má zadavatel na mysli rozsah rotace sloupu rentgenky a parametrem „Rotace RTG lampy kolem vertikální osy“ má zadavatel na mysli rozsah rotace rentgenky na konci ramene?

Odpověď

ANO

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK A TERMÍNU OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel upozorňuje, že lhůta pro podání nabídek a termín otevírání nabídek se v souladu s § 99 odst. 2 zákona nemění, neboť to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace nevyžaduje.

Zadavatel upozorňuje, že způsob podání nabídek ani způsob otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 13.01.2023

**Nemocnice Tišnov, příspěvková
organizace**

v.z. Veřejné zadávání, s.r.o.

Mgr. Petra Hájková, jednatelka