

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

„REACT EU – Imunochemický analyzátor“



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Zadavatel poskytuje dle §98 odst. 3. zákona toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

• **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:**

V Zadávací dokumentaci „REACT - EU – Imunochemický analyzátor“ v Příloze č. 3 Specifikace předmětu plnění – technické kontroly, v zadání parametru č. 7. zadavatel píše „Schopnosti současného použití různých typů vzorkových zkumavek v jednom univerzálním stojánu“.

S ohledem na materiál přijímaný laboratoří a malou variabilitu v typu odběrového materiálu, připouští zadavatel možnost distribuce různých typů zkumavek do stojánků na základě definovaných kritérií (a pokud případná záměna stojánků neovlivní TAT), bude-li to ve prospěch vyšší průchodnosti vzorků a kratšímu celkovému času vydání výsledků?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel sděluje, že bude akceptovat použití různých typů vzorkových zkumavek do různých stojánků, bude-li to ve prospěch vyšší průchodnosti vzorků a kratšímu celkovému času vydání výsledků, tak, jak je doporučeno ČSKB.

- **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:**

Dotaz č. 2: V Zadávací dokumentaci „REACT - EU – Imunochemický analyzátor“ v Příloze č. 3 Specifikace předmětu plnění – technické kontroly, v zadání parametru č. 19. zadavatel píše „Uživatelský software v českém jazyce“.

Může zadavatel změnit tento bod a akceptovat SW v anglickém jazyce? Uživatelské rozhraní je velmi jednoduché, je běžně obsluhováno personálem v řadě laboratoří v ČR a je k němu podrobný přehledný návod v českém jazyce? Opak by vedl k výraznému zúžení počtu možných dodavatelů a mohlo by to být na úkor technické úrovně vybraného řešení.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel sděluje, že bude akceptovat uživatelský software v anglickém jazyce, pokud bude telefonicky dostupný česky mluvící aplikační specialista (minimálně v pracovní dny od 8 do 16 hod.)

- **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:**

V Zadávací dokumentaci „REACT - EU – Imunochemický analyzátor“ v Příloze č. 3 Specifikace předmětu plnění – technické kontroly, v zadání parametru č. 20. zadavatel píše „Správa operátorů, uživatelů a přístupových hesel, identifikace obsluhy“.

Je zadavatelem akceptováno plnohodnotně zabezpečený přístup přes licencované uživatelské rozhraní a softwarový operační systém? Přístroj je plně uzavřený a prakticky neumožňuje zásahy obsluhy do základního nastavení metod. Má se zato, že technologie, která splňuje vnitrostátní, mezinárodní normy a nařízení pro diagnostické prostředky in vitro, současně vyhovuje standardním požadavkům na správu diagnostického zařízení.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel sděluje, že bude akceptovat plnohodnotně zabezpečený přístup přes licencované uživatelské rozhraní a softwarový operační systém.

- **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:**

Zadávací dokumentaci „REACT - EU – Imunochemický analyzátor“ v Příloze č. 3 Specifikace předmětu plnění – technické kontroly, v zadání parametru č. 17. zadavatel píše „Reagencie, kalibrátory, kontroly a provozní roztoky dodávány ve stavu „ready to use“.

Může zadavatel specifikovat typ požadovaných kontrolních materiálů (firemní/nezávislé-pokud existují) a počty kontrolních stanovení u jednotlivých testů za rok?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel sděluje, že nepožaduje dodávání kalibrátorů a kontrol ve stavu „ready to use“ a dále preferuje použití nezávislých kontrol (pokud existují).

Předpokládaný počet kontrolních stanovení u jednotlivých testů:

Metoda	1 rok	4 roky
Troponin I	500	2 000
Natriuretický peptid	400	1 600
C-peptid	200	800
Feritin	300	1 200
Prokalcitonin	500	2 000
Kyselina listová	100	400
Vitamin B12	100	400
Vitamin D	200	800
HCG	400	1 600
TSH	300	1 200
T3	100	400
T4	100	400
fT4	300	1 200
Digoxin	400	1 600
HbsAg	400	1 600
AFP	200	800
CEA	200	800
PSA	200	800
fPSA	100	400
CA19-9	200	800
CA125	200	800

Zadavatel mění a doplňuje dle §99 zákona zadávací dokumentaci.

Mění a doplňuje Přílohu č. 3 – specifikaci předmětu plnění - technické podmínky, a přílohu č. 5 – nabídkový rozpočet, vztahující se k výše uvedené zakázce.

Zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek, která končí 23. 2. 2023 v 10:00.

V Ivančicích

Ing. Jaromír Hruběš
Ředitel