

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

„REACT EU – Imunochemický analyzátor“



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Zadavatel obdržel 6.2.2023 prostřednictvím profilu zadavatele písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace jednoho z uchazečů.

Zadavatel poskytuje dle §98 odst. 3. zákona toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

“Zadavatel v rámci zadávací dokumentace, konkrétně v příloze č. 3 – Specifikace předmětu plnění v řádku č. 5, uvádí, že výkon imunochemického analyzátoru musí být alespoň 200 testů za hodinu. Podle informací uvedených ve veřejné zakázce předpokládaný počet testů za rok je přibližně 23.500 testů, tedy cca 1.958 testů za měsíc. Podle informací uchazeče stávající analyzátor např. v roce 2022 v měsíci listopadu provedl 1.997 testů, přičemž za celý měsíc maximální počet testů provedených za hodinu nikdy nepřesáhl 31.

Bude Zadavatel v rámci zadávacího řízení o Veřejné zakázce akceptovat i nabídku dodavatele, jehož imunochemický analyzátor má výkon, který je násobně vyšší, než je stávající maximální vytížení stávajícího analyzátoru, tedy 100 testů za hodinu, ale nižší než 200 testů za hodinu?

Uchazeč má za to, že v opačném případě by mohlo zbytečně dojít k vyloučení několika dodavatelů, jejichž imunochemický analyzátor by byl schopen uspokojit potřeby Zadavatele. Zadavateli by takové vyloučení znemožnilo vybrat nejvýhodnější nabídku a takové omezení by mohlo být považované za diskriminační.“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel sděluje, že nebude akceptovat nabídku dodavatele, jehož imunochemický analyzátor má výkon nižší než 200 testů za hodinu. Tento parametr považuje zadavatel za zcela přiměřený ve vztahu k managementu rizik, případným epidemiím, možnému navýšení počtu budoucích vzorků a zejména době (cca 10 – 15 let), po kterou má analyzátor sloužit.

V Ivančicích 9.2. 2023

Ing. Jaromír Hruběš
Ředitel