

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

„REACT EU – Imunochemický analyzátor“



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Zadavatel obdržel 10.2.2023 prostřednictvím profilu zadavatele písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace jednoho z uchazečů.

Zadavatel poskytuje dle §98 odst. 3. zákona toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

“Zadavatel v rámci zadávací dokumentace, konkrétně v příloze č. 3 – Specifikace předmětu plnění – technické podmínky v řádku č. 23, uvádí „Výměna provozních roztoků a spotřebního materiálu bez přerušení průběhu analýzy“.

Bude zadavatel v rámci zadávacího řízení o Veřejné zakázce akceptovat i nabídku dodavatele, jehož imunochemický analyzátor umožňuje výměnu spotřebního materiálu a hlavního provozního roztoku bez přerušení průběhu analýzy, avšak výměna zbylých dvou provozních roztoků s nižší frekvencí doplňování je prováděna ve stavu analyzátoru „Připraven“?

Uchazeč má za to, že spotřeba provozních roztoků, jejichž výměna vyžaduje analyzátor ve stavu „Připraven“, nebude na základě počtu testů uvedených v zadávací dokumentaci k Výběrovému řízení natolik vysoká, aby vyžadovala výměnu na denní bázi. Výměna těchto provozních roztoků může být tedy naplánována a nebude jakýmkoliv způsobem docházet k přerušení průběhu analýzy.

Uchazeč má za to, že v opačném případě by mohlo zbytečně dojít k vyloučení několika dodavatelů, jejichž imunochemický analyzátor by byl schopen uspokojit potřeby Zadavatele. Zadavateli by takové vyloučení znemožnilo vybrat nejvýhodnější nabídku a takové omezení by mohlo být považované za diskriminační.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel vyžaduje výměnu hlavního provozního roztoku a spotřebního materiálu provedena bez přerušení průběhu analýzy. Dále zadavatel sděluje, že akceptuje, aby výměna méně frekventních provozních roztoků byla prováděna ve stavu analyzátoru „Připraven“.

V Ivančicích 14.2. 2023

Ing. Jaromír Hruběš
Ředitel