

Vysvětlení/změna zadávací dokumentace 1

V zastoupení zadavatele **Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, se sídlem Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín, IČO: 00226637**, Vám v souladu s § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytujeme vysvětlení/změnu zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „**REACT EU 98 – Nemocnice TGM Hodonín – VZ 6 – Krevní analyzátory**“.

Dotaz č. 1:

Vážení,

žádáme o vysvětlení ZD. Zadavatel v technických požadavcích uvádí požadavek u hlavního analyzátoru č.1 a záložního analyzátoru č. 2 podavač s minimální kapacitou 50 vzorků. Požaduje zadavatel také u záložního analyzátoru automatický podavač vzorků s minimální kapacitou 50 vzorků??

Odpověď zadavatele:

Zadavatel nepožaduje u záložního analyzátoru č.2 podavač s minimální kapacitou 50 vzorků, tento požadavek je požadován pouze u hlavního analyzátoru č.1.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené provedl opravu přílohy č. 4 ZD – Technická specifikace. Opravená příloha č. 4 ZD – Technická specifikace tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto písemného vysvětlení ZD č. 1, nahrazuje původní verzi přílohy č. 4 ZD uveřejněnou na profilu zadavatele a je pro zpracování nabídek závazná.

Zadavatel současně v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena **do 7. 3. 2022 do 9:00 hod.**

Přílohy:

- NHodonin_Krevni analyzatory_P04 ZD_Technicka specifikace_v2_DI I_230221