



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 zakázky

„Stavební úpravy ARO Nemocnice Kyjov – nerezový nábytek a vybavení“

Identifikační údaje zadavatele:

Název:	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo:	Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
IČO:	00226912
Zastoupený:	MUDr. Jiří Vyhnaň, ředitel
(dále jen „zadavatel“)	

Zadavatel je na základě ustanovení § 43 ZZVZ zastoupen v zadávacím řízení na základě příkazní smlouvy zástupcem

Zástupce:	BVA konzult, s.r.o.
Sídlo:	Jana Uhra 179/25, Veverčí, 602 00 Brno
IČO:	415 39 656
Registrace:	OR u KS v Brně spisová značka C 112990
Kontaktní osoba:	Mgr. Veronika Svobodová, email: zakazky@bva-konzult.cz

Dotaz č. 1:

Položka: vozík skříňový na čisté prádlo

Dobrý den, u této Vámi poptávané položky došlo k INOVACI – prosíme o odsouhlasení zda budete akceptovat.

Nabízíme: [REDAKCE] + [REDAKCE]
v příložených odkazech je technická dokumentace i popis.

Odpověď zadavatele č. 1:

V případě že, dodavatel nedisponuje konkrétním typem výrobku i přes povolené odchylky, lze do nabídky nabídnout ekvivalent v rozměrech a vybavení, viz dále, při odchylkách rozměrů dle původního zadání.

Položka: vozík skříňový na čisté prádlo

- š108 cm x h58 cm x v130 cm – zkl. rozměry vozíku
povolená odchylka rozměrů: 10%
- konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha
- prac. deska: nerez ocel AISI304 s ochrannými rohy, 3x MS koš 11416
- 1x uzamykatelné ocelové dveře s práškovou barvou (šedé) – max. úhel otevření 210°, plastová madla
- 3x police, nosnost: min. 40 kg
- tlačné madlo: AISI304
- 2x pevné, 2x otočné kolo s brzdou šedé (na tvrdé podlahy) d=20 cm, plastové nárazníky
- celková nosnost: min. 200 kg

Dotaz č. 2:

Položka: vozík servírovací 2-podlažní nerez

U této položky Vám můžeme nabídnout 2 varianty, prosíme jen o určení Vámi preferovaného typu.

[REDAKCE]

nebo

[REDAKCE]

vaše udané rozměry se hodí pro oba typy, případně pokud si ani jeden nevyberete, je možno nabídnout ATYP, ale v něm nemůžeme garantovat prolis 1,2cm, který je tyto platové vozíky důležitý.

Odpověď zadavatele č. 2:

V případě že, dodavatel nedisponuje konkrétním typem výrobku i přes povolené odchylky, lze do nabídky nabídnout ekvivalent v rozměrech a vybavení, viz dále, při odchylkách rozměrů dle původního zadání.

pro vozík servírovací 2-podlažní nerez

- š115 cm x h74 cm x v89 cm - zkl. rozměry vozíku
povolená odchylka rozměrů: 10%

- konstrukce: nerez ocel AISI304
- 2x plato s prolisem 1,2 cm; nosnost: min. 50 kg
- antirezonanční výztuha
- 4x kvalitní plastové bezstopé otočné kolo d=12,5 cm s měkkým běhounem, 2x brzda; plast. nárazníky
- celková nosnost: min. 100 kg

V důsledku výše uvedených úprav zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. **Nově lhůta pro podání nabídek končí: 27. 3. 2023 v 10:00h.**

V Brně dne 10. 3. 2023

Mgr. Veronika Svobodová

v plné moci
BVA konzult, s.r.o.