

DODATEČNÁ INFORMACE č. 2

veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

„Respirátor zdravotnický prostředek třídy FFP2“

Identifikace zadavatele:

Název:	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo:	Strážovská 1247/22, 69701 Kyjov
IČ:	00226912
DIČ:	CZ00226912
Právní forma:	331 – příspěvková organizace
Jména osob oprávněných za zadavatele jednat:	MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel
Kontaktní osoba:	Ing. Markéta Hodesová, referent veřejných zakázek

Dne 13.03.2023 v 14:40:42 hodin, byl zadavateli doručen následující dotaz k VZMR „Respirátor zdravotnický prostředek třídy FFP2“:

Dotaz uchazeče:

„Rád bych Vás požádal o prověření informace ohledně stupně filtrace.

V zadání se uvádí minimální stupeň filtrace 95%. Podle legislativy platné v ČR normy EN149:2001+A1:2009 je filtrační třída FFP2 a průnik filtračním materiálem stanoven na 94%. Ostatní výrobky splňující pouze zahraniční neevropské normy (KN95, N95) nemají být v ČR prodávány a používány. Je tedy možné, ověřit zda se můžeme zúčastnit tendru s výrobkem splňujícím evropskou legislativou dle EN149 s filtrační účinností 94%? „

Odpověď zadavatele:

Jak správně uvádíte v dotazu, normou EN149:2001+A1:2009 je pro filtrační třídu FFP2 průnik filtračním materiálem stanoven na 94%. Tato norma se ovšem vztahuje jenom na OOPP. My požadujeme zdravotnický prostředek, pro který požadavky filtrace upřesňuje norma ČSN EN 14683+AC (Zdravotnické obličejové masky), účinnost filtrace je vyjádřena jako BFE (bacterial filtration efficiency) a je stanovena $\geq 95\%$.

Lhůta pro podání nabídky zůstává nezměněna, končí 24.03.2023 v 09:00:00 hod.

V Kyjově

MUDr. Jiří Vyhnal
ředitel