

PROTOKOL O JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na <https://zakazky.krajbezkorupce.cz/>.

druh zadávacího řízení	nadlimitní veřejná zakázka
druh zakázky	veřejná zakázka na dodávky
Celková předpokládaná hodnota bez DPH, z toho:	5 600 000 Kč
hodnota přístroje:	784 000 Kč
hodnota servisu:	36 000 Kč
hodnota spotřebního materiálu:	4 780 000 Kč
adresa profilu zadavatele	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_112.html
datum zahájení řízení	26. 1. 2023

1.1 Identifikační údaje Zadavatele

Název Zadavatele:	Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
Sídlo Zadavatele:	Široká 390/16, 664 91 Ivančice
Statutární zástupce:	Ing. Jaromír Hruběš, ředitel
IČ Zadavatele:	00225827
Adresa profilu Zadavatele:	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_112.html

REACT EU – přístroj pro kontinuální dialýzu

V Ivančicích dne 8. 3. 2023

1.2 Úvodní ustanovení

Hodnotící komise zasedla výše uvedeného dne na adrese sídla zadavatele od 14:00 hod.

Jsou přítomni:

řádně jmenovaní členové komise: Ing. Pavel Baláš, Ing. Pavel Drozd, MUDr. Zdeněk Gottvald

osoby přizvané – zástupci JMK PaedDr. Ivo Vašíček

Členové komise převzali svoje jmenování a prohlašují svoji nepodjatost ve smyslu § 44 Zákona.

Komise může jednat a usnášet se.

Komise schválila jednací řád, který je přílohou tohoto protokolu.

1.3 Předseda komise

Předsedou komise byl zvolen: MUDr. Zdeněk Gottvald

1.4 Hodnocení nabídek

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek dle § 114 Zákona. Zadavatel ekonomickou výhodnost nabídek hodnotil na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality. Dílčí kritéria a váhy jsou stanovené následovně:

Celková nabídková cena bez DPH	50 bodů
Technické parametry	50 bodů

SW integrovaný lineární dávkovač pro dávkování heparinu použitelný po celou dobu terapie u všech citrátových a heparinových terapií bez použití externích přístrojů, možnost kombinované regionální a systémové antikoagulace (heparin) v jedné terapii současně - váha 10 bodů

(hodnocení: nabízené řešení obsahuje SW integrovaný lineární dávkovač pro dávkování heparinu použitelný po celou dobu terapie u všech citrátových a heparinových terapií bez použití externích přístrojů, možnost kombinované regionální a systémové antikoagulace (heparin) v jedné terapii současně – 10 bodů, nabízené řešení neobsahuje SW integrovaný lineární dávkovač pro dávkování heparinu použitelný po celou dobu terapie u všech citrátových a heparinových terapií bez použití externích přístrojů, možnost kombinované regionální a systémové antikoagulace (heparin) v jedné terapii současně - 0 bodů)

Barevné rozlišení všech konektorů setů a koncovek roztoků s účelem eliminace chyby obsluhujícího personálu a nezaměnitelné rozlišení připojení citrátu a kalcia s bezpečnostními prvky k zamezení poškození pacienta (například tvarově) bez použití adaptérů - váha 10 bodů

(hodnocení: nabízené řešení používá barevné rozlišení všech konektorů setů a koncovek roztoků s účelem eliminace chyby obsluhujícího personálu a nezaměnitelné rozlišení připojení citrátu a kalcia s bezpečnostními prvky k zamezení poškození pacienta (například tvarově) bez použití adaptérů – 10 bodů, nabízené řešení nepoužívá barevné rozlišení všech konektorů setů a koncovek roztoků s účelem eliminace chyby obsluhujícího personálu a nezaměnitelné rozlišení připojení citrátu a kalcia s bezpečnostními prvky k zamezení poškození pacienta (například tvarově) bez použití adaptérů – 0 bodů)

Možnost přejít z citrátové antikoagulace na heparinovou v průběhu terapie bez nutnosti odpojení kalciových a citrátových setů s dialyzátorem a jejich opětovné spuštění - váha 10 bodů

(hodnocení: nabízené řešení umožňuje přejít z citrátové antikoagulace na heparinovou v průběhu terapie bez nutnosti odpojení kalciových a citrátových setů s dialyzátorem a jejich opětovné spuštění - 10 bodů, nabízené řešení neumožňuje přejít z citrátové antikoagulace na heparinovou v průběhu terapie bez nutnosti odpojení kalciových a citrátových setů s dialyzátorem a jejich opětovné spuštění - 0 bodů)

REACT EU – přístroj pro kontinuální dialýzu

Zachovaný průtok krve okruhem se zajištěnou regionální, respektive systémovou antikoagulací při výměně dialyzačních, substitučních a odpadních vaků s bezpečnostním upozorněním (automaticky nastavený časový interval) - váha 7,5 bodů

(hodnocení: nabízené řešení umožňuje zachovat průtok krve okruhem se zajištěnou regionální, respektive systémovou antikoagulací při výměně dialyzačních, substitučních a odpadních vaků s bezpečnostním upozorněním (automaticky nastavený časový interval) – 7,5 bodů, nabízené řešení neumožňuje zachovat průtok krve okruhem se zajištěnou regionální, respektive systémovou antikoagulací při výměně dialyzačních, substitučních a odpadních vaků s bezpečnostním upozorněním (automaticky nastavený časový interval) – 0 bodů

Validovaná možnost adsorbce s adsorbérem odstraňující cytokiny, myoglobin a bilirubin, ale také bakteriální toxiny a další molekuly do velikosti 55kDa s originálními kity pro přístroj a terapie CVVHD - váha 5 bodů

(hodnocení: nabízené řešení umožňuje validovanou adsorbci s adsorbérem odstraňující cytokiny, myoglobin a bilirubin, ale také bakteriální toxiny a další molekuly do velikosti 55kDa s originálními kity pro přístroj a terapie CVVHD – 5 bodů, nabízené řešení neumožňuje validovanou adsorbci s adsorbérem odstraňující cytokiny, myoglobin a bilirubin, ale také bakteriální toxiny a další molekuly do velikosti 55kDa s originálními kity pro přístroj a terapie CVVHD – 0 bodů

Nosnost vah pro dialyzační/substituční roztoky min. 20 kg a nosnost vah pro odpadní filtrát min. 20 kg - váha 5 bodů

Hodnocení viz tabulka, pro získání bodů jsou rozhodné nosnosti vah pro dialyzační/substituční roztoky a odpadní filtrát současně, tzn. musí být splněny oba parametry.

dialyzační/substituční roztoky	odpadní filtrát	Počet bodů
Více než 20 kg	Více než 20 kg	5 bodů
Méně než 19,9 kg	Méně než 19,9 kg	0 bodů

Možnost postdiluční CVVHDF s citrátovou antikoagulací - váha 2,5 bodů

(hodnocení: nabízené řešení umožňuje postdiluční CVVHDF s citrátovou antikoagulací – 2,5 bodů, nabízené řešení neumožňuje postdiluční CVVHDF s citrátovou antikoagulací - 0 bodů

Celková nabídková cena je cena v Kč bez DPH uvedená v nabídkovém rozpočtu. V rámci dílčího hodnotícího kritéria „nabídková cena“ získá nabídka s nejnižší nabídkovou cenou (v Kč bez DPH) 50 bodů a každá další hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem váhy a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Vzorec: [bodová hodnota] = [nejnižší nabídková cena] / [nabídková cena hodnocené nabídky] * váha

Na základě součtu výsledných hodnot se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejvhodnější bude posouzena nabídka s nejvyšší dosaženou hodnotou.

Hodnotící komise neprovedla hodnocení nabídek, protože by měla být hodnocena nabídka pouze jednoho dodavatele: Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o., IČO: 45790884,

1.5 Posouzení nabídek vč. kvalifikace

Dodavatel předložil doklady, kterými prokázal svou kvalifikaci dle:

- § 75 základní způsobilost – předložen Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku
- § 77 profesní způsobilost - předložen Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Výpis z obchodního rejstříku
- § 78 ekonomická způsobilost – předloženo čestné prohlášení dodavatele o ekonomické kvalifikaci.
- § 79 technickou kvalifikaci – předloženo čestné prohlášení dodavatele o realizované zakázce v posledních 3 letech - seznam významných dodávek
 - o IKEM, Vídeňská 1958, 140 21 Praha 2, realizováno 9/2022, v ceně více než 500.000,- Kč bez DPH

REACT EU – přístroj pro kontinuální dialýzu

- Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Chomutov, o.z., Kochova 1185, 430 01 Chomutov, realizováno 7/2021, v ceně více než 500.000,- Kč bez DPH

1.6 Odůvodnění hodnocení nabídek**Nabídková cena:**

Celková hodnota bez DPH, z toho: 5 562 078 Kč

hodnota přístroje: 584 000 Kč

hodnota servisu: 9 150 Kč

hodnota spotřebního materiálu: 4 968 928 Kč

SW integrovaný lineární dávkovač pro dákování heparinu použitelný po celou dobu terapie u všech citrátových a heparinových terapií bez použití externích přístrojů, možnost kombinované regionální a systémové antikoagulace (heparin) v jedné terapii současně - nabízené řešení obsahuje SW integrovaný lineární dávkovač pro dákování heparinu použitelný po celou dobu terapie u všech citrátových a heparinových terapií bez použití externích přístrojů, možnost kombinované regionální a systémové antikoagulace (heparin) v jedné terapii současně – **10 bodů**

Barevné rozlišení všech konektorů setů a koncovek roztoků s účelem eliminace chyby obsluhujícího personálu a nezaměnitelné rozlišení připojení citrátu a kalcia s bezpečnostními prvky k zamezení poškození pacienta (například tvarově) bez použití adaptérů - nabízené řešení používá barevné rozlišení všech konektorů setů a koncovek roztoků s účelem eliminace chyby obsluhujícího personálu a nezaměnitelné rozlišení připojení citrátu a kalcia s bezpečnostními prvky k zamezení poškození pacienta (například tvarově) bez použití adaptérů – **10 bodů**

Možnost přejít z citrátové antikoagulace na heparinovou v průběhu terapie bez nutnosti odpojení kalciových a citrátových setů s dialyzátorem a jejich opětovné spuštění - nabízené řešení umožňuje přejít z citrátové antikoagulace na heparinovou v průběhu terapie bez nutnosti odpojení kalciových a citrátových setů s dialyzátorem a jejich opětovné spuštění - **10 bodů**

Zachovaný průtok krve okruhem se zajištěnou regionální, respektive systémovou antikoagulací při výměně dialyzačních, substitučních a odpadních vaků s bezpečnostním upozorněním (automaticky nastavený časový interval) - nabízené řešení umožňuje zachovat průtok krve okruhem se zajištěnou regionální, respektive systémovou antikoagulací při výměně dialyzačních, substitučních a odpadních vaků s bezpečnostním upozorněním (automaticky nastavený časový interval) – **7,5 bodů**

Validovaná možnost adsorbce s adsorbérem odstraňující cytokiny, myoglobin a bilirubin, ale také bakteriální toxiny a další molekuly do velikosti 55kDa s originálními kity pro přístroj a terapie CVVHD - nabízené řešení umožňuje validovanou adsorbci s adsorbérem odstraňující cytokiny, myoglobin a bilirubin, ale také bakteriální toxiny a další molekuly do velikosti 55kDa s originálními kity pro přístroj a terapie CVVHD – **5 bodů**

Nosnost vah pro dialyzační/substituční roztoky min. 20 kg a nosnost vah pro odpadní filtrát min. 20 kg - váha 5 bodů

Hodnocení viz tabulka, pro získání bodů jsou rozhodné nosnosti vah pro dialyzační/substituční roztoky a odpadní filtrát současně, tzn. musí být splněny oba parametry.

dialyzační/substituční roztoky	odpadní filtrát	Počet bodů
Více než 20 kg	Více než 20 kg	5 bodů

Možnost postdiluční CVVHDF s citrátovou antikoagulací - nabízené řešení umožňuje postdiluční CVVHDF s citrátovou antikoagulací – **2,5 bodů**

REACT EU – přístroj pro kontinuální dialýzu

MUDr. Zdeněk Gottvald s praxí v odbornosti anesteziologie a resuscitace od roku 1983 a ing. Pavel Drozd s praxí v oboru biomedicínského inženýrství od roku 1992 provedli posouzení splnění podmínek účasti, které byly uvedeny v zadávací dokumentaci. Po prostudování nabídek konstatovali, že nabídka podmínky účasti splnila.

Při posouzení nabídek dodavatelů byla posouzena mimořádně nízká nabídková cena. Komise konstatovala, že nabídková cena nevykazuje znaky mimořádně nízké nabídkové ceny.

1.7 Odchylný názor




Žádný z členů komise nezastával odchylný názor proti názoru většiny.


1.8 Závěrečná ustanovení

Hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku určil nabídku účastníka **Fresenius Medical Care - ČR, Evropská 423/178, 160 00 Praha 6, IČO: 27753379**, která je pro zadavatele ekonomicky nejvhodnější a splňuje veškeré podmínky výběrového řízení. 45790884

Ing. Pavel Baláš, MBA

1.9 Podpisy

Přítomní členové/ náhradníci	podpis
Ing. Pavel Baláš	
MUDr. Zdeněk Gottvald	
Ing. Pavel Drozd	

Osoby přizvané	podpis
Mgr. Vojtěch Pospíšil	
PaedDr. Ivo Vašíček	

2 Příloha: Jednací řád hodnotící komise

2.1 Úvod

Jednací řád pro posouzení a hodnocení nabídek tvoří základní organizační a procesní normu pro činnost hodnotící komise (dále jen komise).

2.2 Podjatost členů komise

Členové komise jsou povinni před zahájením vlastního posouzení a hodnocení nabídek stvrdit, že nejsou ve střetu zájmů ve smyslu § 44 Zákona. Dále potvrzují svoji nepodjatost čestným prohlášením. Pokud některému z členů/náhradníků komise vznikne důvod k podjatosti, neprodleně to oznámí zadavateli a od tohoto okamžiku se nesmí, až do rozhodnutí zadavatele, účastnit jednání komise.

2.3 Schopnost komise jednat a usnášet se

Komise je schopná jednat a usnášet se a činit závěry v případě, že jsou na jednání komise přítomny nejméně 2/3 členů komise a náhradníků. Pokud je členů komise a náhradníků méně, není komise usnášení schopná a nesmí činit žádné závěry vedoucí k dokončení posouzení a hodnocení nabídek.

2.4 Předseda komise

Komise zvolí na počátku jednání předsedu komise. Předseda pak řídí jednání komise a v případě potřeby svolává další jednání komise. V případě jeho nepřítomnosti řídí jednání jiný člen komise nebo její náhradník.

2.5 Rozhodování komise

Komise v procedurálních, organizačních a obsahových otázkách rozhoduje většinou hlasů přítomných členů a náhradníků.

2.6 Mlčenlivost

Všichni členové komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti se svou účastí v komisi.

2.7 Protokoly o jednání komise

Z každého jednání komise bude pořízen protokol o jednání, a podepsán přítomnými členy komise a náhradníky. Každý přítomný účastník jednání komise má právo svoje odlišné stanovisko vyjádřit v tomto zápise.