



Příloha č. 3 – Technická specifikace

Myčka endoskopu – havarijní

Podrobná specifikace automatického přístroje:

- Dvoukomorový automatický chemodezinfektor a sterilizátor pro nezávislé mytí dvou flexibilních endoskopů
- 2x koš pro 1 flexibilní endoskop
- 2x sada konektorů k endoskopu – kompatibilita s endoskopy Olympus
- přední plnění
- nerezové provedení
- kompatibilní a testované s peroctovou kyselinou (studená desinfekce)
- test těsnosti na začátku cyklu a kontinuální monitoring všech fází s automatickým zastavením při poruše
- desinfekce vody pro finální oplach endoskopu sterilní vodou dvoustupňovou filtrací mikrobiologickými filtry min 0,45 mikronů a 0,1 mikronů
- nastavení volně programovatelných programů mytí
- vybaven jednotkou nebo filtry pro zajištění dekontaminace vstupní vody
- integrovaný HEPA filtr H 14 pro sušení kanálů sterilním vzduchem
- sušení vnějšího povrchu endoskopu
- pumpa pro vypouštění
- termická samodesinfekce podle EN ISO 15883-4
- dotykový ovládací panel s barevným LCD displejem zobrazující údaje o cyklu
- zabudovanou skříňku pro uložení chemikálií, a to minimálně pro 3 ks po cca 5l, včetně sledování hladiny
- závěrečný oplach sterilní vodou s lubrikantem pro ošetření materiálu
- doba mycího cyklu do cca 25 min
- automatické blokování dveří a kontrola těsnosti endoskopů po celou dobu procesu
- uchování dat o kompletním mycím cyklu v USB paměti připojené do integrovaného USB interface
- včetně tiskárny protokolů
- včetně příslušenství a spotřebního materiálu pro první mycí cyklus

Další požadavky zadavatele (nabídka a dodávka bude obsahovat):

- předfiltrační jednotka vody připojitelná na běžný vodovodní řád,
 - předfiltrační jednotka musí zbavit vodu mechanických nečistot a připravit požadovanou kvalitu vody pro nabízený dezinfektor.

Rozměry pro umístění dvou dezinfektorů nad sebe mohou být maximálně: šířka 75 cm, hloubka 70 cm, kvůli vymezenému místu ambulance. Jiná dispozice ani umístění není možné.

Ostatní:

- Dodání a instalace na adrese Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče, ambulance gastrokopie – 2. NP budovy Polikliniky, budova s výtahem.
- Zaškolení personálu a předání návodu v českém jazyce.

V Hustopečích dne 23.03.2023

Ing. Petr Baťka
Ředitel
Nemocnice Hustopeče, p.o.