



Veřejná zakázka na dodávky

zadávaná podle § 56
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen zákon) pod názvem:

„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – vybavení RTG pracoviště – II“

opakované řízení nezadaných částí

Zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) Ministerstva pro místní rozvoj, prioritní osa 06.6 REACT-EU.

Název projektu „Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem“,
reg. č. projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016387 (dále jen „Projekt“)

Veřejná zakázka je zadávána veřejným zadavatelem podle § 56 zákona a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP, jejichž přílohou je Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020, verze 1.14 platná od 1.3.2021 (dále jen „Pravidla“).

nadlimitní režim – otevřené řízení (OR)
veřejná zakázka je rozdělena na 3 části

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uveřejněno na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 48/23/K

V Brně, dne 28.3.2023

Věc: Veřejná zakázka:

„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – vybavení
RTG pracoviště – II“
Vysvětlení zadávací dokumentace (2)

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz k části 2 VZ:

Dotaz č. 2: Zadavatel požaduje pro část 2 VZ: MR kompatibilní ventilátor následující technické parametry:

1. Pohon ventilátoru: kyslík nebo stlačený lékařský vzduch min. 280 až 600 kPa. Bude zadavatel akceptovat autonomní turbínový pohon ventilátoru s možností obohacení o kyslík z O₂ lahve?
2. Dechový objem min. rozsah od 15 do 3000 ml. Bude zadavatel akceptovat běžný



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – vybavení RTG pracoviště – II“

rozsah od 50 do 2000 ml?

3. Frekvence min. 5-70 bpm. Bude zadavatel akceptovat běžnou frekvenci 1 – 60 bpm?
4. FiO₂ 100% nebo 50%. Bude zadavatel akceptovat plynulou regulaci 21% až 100%?

Odpověď č. 2: Dotazy byly zadavateli doručeny dne 23.3.2023, a to po uplynutí zákonem stanovené lhůty, kdy bylo možné žádat o vysvětlení zadávací dokumentace (lhůta skončila 22.3.2023). Zadavatel na dotazy doručené po lhůtě nebude odpovídat.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele