

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

„REACT EU – vybavení centrální sterilizace“



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Zadavatel obdržel 30.3.2023 prostřednictvím profilu zadavatele písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace jednoho z uchazečů.

Zadavatel poskytuje dle §98 odst. 3. zákona toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

“V zadávací dokumentaci ve specifikaci předmětu plnění:

B, parní prokládací sterilizátor pro min. 1 sterilizační jednotku je v hlavičce tabulky min. 1 sterilizační jednotka, ale 1. řádku min. 4 sterilizační jednotky

Předpokládáme, že zadavatel požaduje 1 sterilizační jednotku – můžete nám to potvrdit?“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel sděluje, že požaduje parní prokládací sterilizátor pro min. 1 sterilizační jednotku.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

“ V zadávací dokumentaci ve specifikaci předmětu plnění:

B, parní prokládací sterilizátor pro min. 1 sterilizační jednotku uvedeno na 10. řádku systém CHIP karet, nebo RFID chip pro uživatelskou volbu programů, připouští zadavatel variantu uživatelské změny programů

prostřednictvím USB portu, který bude současně sloužit pro záznam dat o sterilizačních cyklech, jako je uvedeno na řádku 11.?”

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel sděluje, že připouští uživatelskou změnu programů prostřednictvím USB portu.

V Ivančicích 4.4. 2023

Ing. Pavel Baláš
Náměstek ředitele pro HTS
Zástupce zadavatele