

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

„REACT EU – vybavení centrální sterilizace“



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Zadavatel obdržel 5.4.2023 prostřednictvím profilu zadavatele písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace jednoho z uchazečů.

Zadavatel poskytuje dle §98 odst. 3. zákona toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

“Zadavatel požaduje dodávku 3 přístrojů s celkovou kapacitou až 36 DIN sít standardní velikosti, které se musí vejít do stavební šíře max. 1950mm. Při prohlídce místa plnění dne 31.3.2023 vyšlo najevo, že pevná stavební šířka pro mycí a dezinfekční automaty ve zdi je pouze 1820mm.

Dotaz: bude zadavatel akceptovat nabídku na 2ks velkokapacitních prokládacích mycích a dezinfekčních automatů o celkové kapacitě požadovaných 36 DIN sít, které se tam vejdou bez nutnosti stavebního rozšíření do stran?”

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel sděluje, že bude akceptovat nabídku na 2ks velkokapacitních prokládacích mycích a dezinfekčních automatů o celkové kapacitě požadovaných 36 DIN sít, které lze umístit do stávajících prostor bez nutnosti stavebního rozšíření do stran, za podmínky, že dodavatel zajistí potřebnou stavební připravenost k montáži na vlastní náklady.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

“Velkokapacitní prokládací přístroje mají automatické otevírání celoskleněných dveří posuvem směrem nahoru.

Dotaz: bude zadavatel akceptovat nabídku, kde místo manuálně ovládaných výklopných dveří budou nabídnuty přístroje s automatickými posuvnými dveřmi?“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel sděluje, že z důvodu nedostatečného prostoru pro manipulaci nebude akceptovat přístroje s automatickými posuvnými dveřmi. Trvá na manuálně ovládaných výklopných dveřích.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Velkokapacitní prokládací přístroje s kapacitou 18 DIN sít v jednom cyklu mají příkon 21kW. Tento příkon je dán i předehřívacími tanky na DEMI vodu, které zásadně urychlují mycí cyklus oproti přístrojům bez této výbavy. Při prohlídce místa plnění dne 31.3.2023 vyšlo najevo, že el. rozvaděč k myčkám s dostatečným příívodem je hned ve vedlejší místnosti.

Dotaz: bude zadavatel akceptovat nabídku přístrojů s příkonem 21kW (1 přístroj), s jištěním 32A a nutným příívodem 5x6mm²?“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel sděluje, že bude akceptovat nabídku přístrojů s příkonem 21kW (1 přístroj), s jištěním 32A a nutným příívodem 5x6mm², pouze za podmínky, že dodavatel zajistí potřebnou úpravu rozvodů elektroinstalace na vlastní náklady.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

“V tabulce specifikace předmětu plnění je uveden požadavek na dodávku 2ks „mycí koš 25-patrový pro mytí operačního instrumentária s možností vyjmutí jednotlivých pater“. Myslíme si, že se jedná o překlep, protože DIN síta o velikosti 480x250xvýška 50mm by se do přístroje o komoře s kapacitou 10-18 DIN sít v 25 patrech ani na výšku nevešla.

Dotaz: bude zadavatel akceptovat nabídku na 2ks mycí koš 6-ti patrový s kapacitou 18 DIN sít a se dvěma vyjímatelnými úrovněmi?“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel sděluje, že bude akceptovat mycí koš 5-ti až 6-ti patrový pro mytí operačního instrumentária s možností vyjmutí jednotlivých pater.

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 2 poskytuje upravený dokument Specifikace předmětu plnění části č. 2. Účastníci použijí tento upravený dokument při zpracování svých nabídek.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 16.5. 2023 do 10:00 hodin**

Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění

V Ivančicích 12.4. 2023

Ing. Pavel Baláš
Náměstek ředitele pro HTS
Zástupce zadavatele