

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

„REACT EU – operační světla“



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Zadavatel obdržel 17.4.2023 prostřednictvím profilu zadavatele písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace jednoho z uchazečů.

Zadavatel poskytuje dle §98 odst. 3. zákona toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

“Zadavatel v technické specifikaci pro stropní operační svítidlo požaduje:

Hloubka L1 + L2 (60%) min. 950 mm

Hloubka L1 + L2 (20%) min. 1680 mm

Bude zadavatel akceptovat námi nabízené hodnoty uvedené níže?

Hloubka L1 + L2 (60%) = 650 mm

Hloubka L1 + L2 (20%) = 1200 mm?“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel sděluje, že nebude s ohledem na spektrum prováděných operačních výkonů na operačních sálech akceptovat nabízené technické řešení. Pro zadavatele je tento parametr zásadní pro zajištění dostatečného osvětlení operačního pole při hlubokých operacích oběžných pacientů, jejich procentuální podíl se stále zvyšuje.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

„Zadavatel v technické specifikaci pro stropní operační svítidlo požaduje:

Index podání barev Ra minimálně 98

Index podání červené barvy R9 minimálně 99

Námi nabízená operační svítidla od renomovaného výrobce nabízí kombinaci hodnot indexů:

Index podání barev Ra=97

Index podání červené barvy R9=97

Index podání barvy kůže R13= 99

Budete zadavatel akceptovat tuto kombinaci hodnot indexů při současném zachování požadovaného medicínského účelu?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel sděluje, že bude akceptovat index podání barev Ra s hodnotou min. 97 a index podání červené barvy R9 s hodnotou min. 97.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

„Zadavatel v technické specifikaci pro stropní operační svítidlo požaduje: „nastavitelná teplota chromatičnosti v rozmezí min. 3750 - 4750 K plynule nebo v min. 5 krocích“

Bude zadavatel akceptovat nastavitelnou barevnou teplotu v rozmezí větším 3 600° - 5 400°, ale ve 4 krocích? “

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel sděluje, že nebude akceptovat nastavení chromatičnosti ve čtyřech krocích. Zadavatel trvá na původní technické specifikaci.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

„Zadavatel v technické specifikaci pro nástěnné operační svítidlo požaduje: „jednoramenný stativ s délkou ramen min. 1600 mm“

Bude zadavatel akceptovat jednoramenný stativ s dosahem 1 610 mm, počítáno do středu hlavy svítidla? Z praxe je známo, že tento dosah je v rámci použití nástěnných svítidel dostatečný a plně pokrývá zamýšlený medicínský účel. “

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel sděluje, že bude akceptovat jednoramenný stativ s dosahem 1 610 mm, počítáno do středu hlavy svítidla.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

„Zadavatel v technické specifikaci pro stropní operační svítidlo požaduje: „jednoramenný stativ s délkou ramen min. 1600 mm“

Bude zadavatel akceptovat jednoramenný stativ s dosahem 1 610 mm, počítáno do středu hlavy svítidla? Z praxe je známo, že tento dosah je v rámci použití stropních svítidel dostatečný a plně pokrývá zamýšlený medicínský účel. “

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Zadavatel sděluje, že bude akceptovat jednoramenný stativ s dosahem 1 610 mm, počítáno do středu hlavy svítidla.

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 1 poskytuje upravený dokument Specifikace předmětu plnění. Účastníci použijí tento upravený dokument při zpracování svých nabídek.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 24.5. 2023 do 9:45 hodin**

Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění

V Ivančicích 19.4. 2023

Ing. Pavel Baláš
Náměstek ředitele pro HTS
Zástupce zadavatele