

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

„REACT EU – vybavení centrální sterilizace“



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Zadavatel obdržel 24.4.2023 prostřednictvím profilu zadavatele písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace jednoho z uchazečů.

Zadavatel poskytuje dle §98 odst. 3. zákona toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

“Zadavatel požaduje dodávku 3 ks prokládacích mycích a desinfekčních automatů s „dvěma výkonnými oběhovými čerpadly“. V této kategorii (10-12 DIN síť) tento požadavek na trhu splňuje pouze jeden přístroj od jedné firmy.

Dotaz: Bude Zadavatel akceptovat nabídku na 3 přístroje, každý s jedním oběhovým čerpadlem s variabilními otáčkami a s dostatečným výkonem 750W?“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel sděluje, že je požaduje, aby nabízený přístroj byl certifikovaný pro daný účel provozu. Pokud dodavatel nabídne přístroj, který bude splňovat požadavky příslušné normy, postačuje i 1 čerpadlo.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

“Při komunikaci se zaměstnanci CS bylo zjištěno, že kladou velký důraz na rychlost jednotlivých mycích a desinfekčních cyklů.

Dotaz: Bude zadavatel vyžadovat dodávku 3 ks prokládacích mycích a desinfekčních automatů, každý s předehřívacím tankem na DEMI vodu (cca. 80°C)?“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel sděluje, že je předešlý nepožaduje. Pokud dodavatel zváží, že je potřeba, nechť jej nabídne.

V Ivančicích

Ing. Pavel Baláš
Náměstek ředitele pro HTS
Zástupce zadavatele