

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

„REACT EU – osmometr“



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Zadavatel obdržel 26.4.2023 prostřednictvím profilu zadavatele písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace jednoho z uchazečů.

Zadavatel poskytuje dle §98 odst. 3. zákona toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

“V příloze č.3 Specifikace předmětu plnění – technické podmínky Zadavatel uvádí požadavek: „doba měření maximálně 100 s“. Vzhledem k předpokládanému počtu měření za rok (500) by delší doba měření neměla být překážkou při denním laboratorním provozu. Bude Zadavatel akceptovat i nabídku analyzátoru s dobou měření 1 vzorku do 180 s? Prosíme Zadavatele u úpravu požadavku na „doba měření maximálně 180 s“ nebo o úplné vypuštění požadavku.“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel sděluje, že akceptuje úpravu požadavku na: „Doba měření maximálně 180 s.“

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

“V příloze č.3 Specifikace předmětu plnění – technické podmínky Zadavatel uvádí požadavek: „možnost nastavení parametrů QC a jejich vyhodnocení“. Všechny výsledky QC se běžně přenášejí do LISu, kde se dají použít ke statistice standardní nástroje, vyhodnocování tedy neprobíhá přímo v analyzátoru. Tato možnost se jeví i jako uživatelsky příjemnější, není potřeba pracovat na malém displeji osmometru. Bude Zadavatel ochoten vypustit tento požadavek nebo povolit vyhodnocení QC po přenose do LISu?“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel sděluje, že akceptuje: „Možnost vyhodnocení parametrů QC na analyzátoru nebo i po přenosu do LISu.“

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 1 poskytuje upravený dokument Specifikace předmětu plnění. Účastníci použijí tento upravený dokument při zpracování svých nabídek.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 2.6. 2023 do 10:00 hodin**

Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění

V Ivančicích

Ing. Pavel Baláš
Náměstek ředitele pro HTS
Zástupce zadavatele