

## SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky  
na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  
zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „zákon“)

s názvem

### „REACT EU – plicní ventilátory“



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

Zadavatel obdržel 26.4.2023 prostřednictvím profilu zadavatele písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace jednoho z uchazečů.

Zadavatel poskytuje dle §98 odst. 3. zákona toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

#### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:**

“Zadavatel uvádí v technické specifikaci v bodě 40. jeden ventilátor vybaven měřením EtCO2 Opravdu zadavatel požaduje měření EtCO2 jen u jednoho ventilátoru? Zadavatel také požaduje propojitelnost se stávající monitorací a ta je vybavena měřením EtCO2. Domnívá se účastník správně, že mohlo dojít k administrativní chybě?“

#### **Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:**

Zadavatel sděluje, že se dopustil administrativní chyby a bod č. 40 - jeden ventilátor vybaven měřením EtCO<sub>2</sub>, nepožaduje.

Zadavatel upravuje počet požadovaných plicních ventilátorů pro dlouhodobou UPV dospělých pacientů na celkový počet 7 kusů.

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 1 poskytuje upravený dokument Specifikace předmětu plnění. Účastníci použijí tento upravený dokument při zpracování svých nabídek.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 7.6. 2023 do 10:45 hodin**

Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění

V Ivančicích

Ing. Pavel Baláš  
Náměstek ředitele pro HTS  
Zástupce zadavatele