

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

„REACT EU – operační hysteroskop“



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Zadavatel obdržel 3.5.2023 prostřednictvím profilu zadavatele písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace jednoho z uchazečů.

Zadavatel poskytuje dle §98 odst. 3. zákona toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

“Zadavatel ve výběrovém řízení „operační hysteroskop“ v dokumentu „hysteroskop - příloha č. 3 Specifikace předmětu plnění - technické podmínky.docx“ uvádí parametr „13. vysokoprůtoková kyslíková terapie HFNC“ Účastník se domnívá, že tento parametr nikterak technicky nesouvisí s operačním hysteroskopem. Zkratka HFNC - High Flow Nasal Cannula znamená nosní kanyla s vysokým průtokem, ve spojení s kyslíkovou terapií tento parametr nemá medicínsky u operačního hysteroskopu žádný význam. Účastník se proto ptá, zdali Zadavatel poskytne změnu specifikace předmětu plnění?“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel sděluje, že tato položka nesouvisí se zadávacím řízením REACT EU – operační hysteroskop.

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 1 poskytuje upravený dokument Specifikace předmětu plnění. Účastníci použijí tento upravený dokument při zpracování svých nabídek.

Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění

V Ivančicích

Ing. Pavel Baláš
Náměstek ředitele pro HTS
Zástupce zadavatele