

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

„REACT EU – laboratorní glukometr“



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Zadavatel obdržel 4.5.2023 prostřednictvím profilu zadavatele písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace jednoho z uchazečů.

Zadavatel poskytuje dle §98 odst. 3. zákona toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

“Zadavatel v zadávací dokumentaci v Příloze č. 3 Specifikace předmětu plnění – technické podmínky mimo jiné uvedl požadavek:

15. oboustranná komunikace s informačním systémem, který je provozovaný zadavatelem, FONS OpenLims v reálném čase (protokol HL7 a ASTM) včetně nastavení, otestování, zprovoznění, dokumentace tohoto nastavení a licence v ceně dodávky glukometru

Námi nabízený glukometr má jednosměrnou komunikaci s LIS

Dotaz zní: Bude zadavatel akceptovat analyzátor s jednosměrnou komunikací s LIS

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel sděluje, že akceptuje jednosměrnou komunikaci s LIS.

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 1 poskytuje upravený dokument Specifikace předmětu plnění. Účastníci použijí tento upravený dokument při zpracování svých nabídek.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 9.6. 2023 do 10:00 hodin**

Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění

V Ivančicích

Ing. Pavel Baláš
Náměstek ředitele pro HTS
Zástupce zadavatele