

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

„REACT EU – operační světla“



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Zadavatel obdržel 2.5.2023 prostřednictvím profilu zadavatele písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace jednoho z dodavatelů.

Zadavatel poskytuje dle §98 odst. 3. zákona toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

“Zadavatel v Příloze č. 3 Specifikace předmětu plnění požaduje u položky A, stropní operační svítidlo 3ks: „Hloubka osvětlení L1+L2 při 20% min 1680 mm“ a „Hloubka osvětlení min. 950 mm při 60 % (L1+L2).“ Kombinace těchto parametrů popisuje konkrétní technické řešení výrobce Dr. Mach GmbH a je tak diskriminační v rozporu s §6 zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek. Hloubka osvětlení L1+L2 je definována pro L1 jako vzdálenost mezi bodem maximálního centrálního osvětlení (dále jen Ec), které musí být dle literatury v rozmezí 40 000 – 160 000 lx, vzdáleného 1000 mm od zdroje osvětlení a bodem, kde je hodnota jasu 60 % Ec směrem ke zdroji osvětlení. L2 je definován jako vzdálenost Ec a bodu, kde je hodnota jasu 60 % Ec směrem od zdroje osvětlení. Z výše uvedeného vyplývá, že L1+L2 udává součet těchto rozmezí od bodu maximálního osvětlení Ec, ve kterém neklesne intenzita osvětlení níž, než je 60 % maximální intenzity. Zadavatelem požadovaný parametr hloubky osvětlení min. 950 mm při 60 % (L1+L2) je tedy medicínsky nevyužitelný, neboť znamená požadavek na osvětlení 60% intenzitou v hloubce pod operačním polem. V klinické praxi je využitelná hloubka osvětlení 60 % maximálního centrálního osvětlení o délce L1+L2 300-400 mm a 20 % maximálního centrálního osvětlení o délce L1+L2 600-700 mm.

Účastník nabízí operační svítidlo s hloubkou osvětlení 650 mm při 60 % (L1+L2) a 1050 mm při 20 % (L1+L2). Kombinace těchto dvou parametrů splňuje nejnáročnější požadavky na klinickou praxi a zároveň splňuje Zadavatelem požadovaný medicínský účel použití.

S ohledem na Výše uvedené pokládáme dotaz, zda bude Zadavatel bez jakékoliv penalizace akceptovat operační svítidlo s kombinací parametrů „Hloubka osvětlení min. 650 mm při 60 % (L1+L2)“ a „Hloubka osvětlení min. 1050 mm při 20 % (L1+L2), které splňuje Zadavatelem požadovaný medicínský účel?“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel sděluje, že nebude akceptovat parametry, které nabízí dodavatel. Zadavatel doplňuje, že tento technický parametr není na současném trhu nestandardní a zejména jej splňuje plnění od více výrobců operačních světel.

V Ivančicích 5.5. 2023

Ing. Pavel Baláš
Náměstek ředitele pro HTS
Zástupce zadavatele