

V Ý Z V A

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle ustanovení § 27 písmeno a) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon)

„Myčka endoskopů a sušící skříň“

1. Zadavatel:

Název: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
Sídlo: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
Tel.: 515215111
Fax: 515222805
IČO: 00092584
DIČ CZ00092584
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5055520217/0100

2. Vymezení plnění:

Předmětem zakázky je dodávka 1 ks jednokomorové myčky endoskopů (bronchoskopů) a 1 ks sušící a skladovací skříň pro flexibilní endoskopy. Účelem pořízení těchto přístrojů je pořízení nového přístrojového vybavení pro oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí pro Nemocnici Znojmo.

Předpokládaná hodnota této VZMR je do 1.850.000, - Kč bez DPH. Nabídky, které předpokládanou hodnotu překročí, nesplní zadávací podmínky a budou z výběrového řízení vyřazeny.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV):

Kód CPV 33100000-1 - Zdravotnické přístroje
33191000-5 - Sterilizační, desinfekční a hygienické přístroje
33190000-8 - Různé zdravotnické přístroje a výrobky
51410000-9 - Instalace a montáž zdravotnických přístrojů

Zadávací dokumentace je veřejně přístupná na profilu zadavatele, URL adresa
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_111.html.

Předmětem zakázky je dále instalace přístroje, uvedení do provozu, zaškolení personálu, pravidelné servisní prohlídky (BTK + KEZ), záruční servis, případně též pravidelné revize a pravidelné validace, pokud jsou pro provozování přístroje relevantní.

Technické a provozní požadavky jsou v tabulce technických parametrů – dokument „03 Tech. par. myčka + suš. skříň“ - (příloha č. 4 Výzvy).

V nabídce uveďte zajištění záručního a pozáručního servisu (název a adresa oprávněné servisní organizace) včetně cenových informací zahrnujících i DPH (uveďte cenu jedné hodiny práce v Kč bez DPH účtované v souvislosti se servisním zásahem po uplynutí záruky).

V nabídce musí být doložen doklad opravňující servisní organizaci k servisním činnostem (doložení kopie dokladu o splnění ohlašovací povinnosti pro servisní činnosti podle zákona o zdravotnických prostředcích, v platném znění).

Záruční doba je zařazena do kritérií hodnocení – viz bod 3. výzvy. Záruční dobu požaduje zadavatel na celý předmět zakázky **minimálně 2 roky**. Nabídky s kratší záruční dobou **nesplní zadávací podmínky a budou z výběrového řízení vyřazeny**. Délka záruční doby musí být **vždy v celých letech a zadavatel ji limituje 5 lety**. Nabídka se záruční lhůtou nad 5 let bude hodnocena tak, jako by byla dodavatelem nabídnuta záruka 5 let.

V nabídce uveďte cenu jedné pravidelné servisní prohlídky (BTK + KEZ) zařízení po uplynutí záruky v Kč bez DPH, cenu jedné pravidelné revize zařízení po uplynutí záruky v Kč bez DPH, cenu jedné pravidelné validace po uplynutí záruky v Kč bez DPH – to vše v případě, že jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, případně se na jejich provádění vztahují právní předpisy. **Pokud tyto úkony nejsou pro provozování zařízení nutné, uveďte to výslovně v nabídce.**

V záruční době požaduje zadavatel provedení těchto povinných prohlídek zdarma.

V nabídce uveďte cenu jedné instruktáže obsluhy zařízení v Kč bez DPH bez ohledu na počet školených osob.

V nabídce rovněž uveďte reference o zakázkách obdobného charakteru (VZ, jejichž předmětem byla dodávka myčky endoskopů a sušící skříně za minimální finanční objem 300.000, -Kč za každý přístroj) za období posledních tří let (alespoň 1 zakázka na myčku a jedna zakázka na sušící skříně).

Zadavatel dále požaduje doložení veškerých atestů, schvalovacích protokolů včetně prohlášení o shodě, které jsou nutné pro provozování nabízeného zařízení na území ČR. Součástí nabídky musí být manuál v českém jazyce. Dodavatel se dále musí zavázat k tomu, že s dodávkou zařízení předá zadavateli kromě písemné formy českého manuálu rovněž český manuál v elektronické formě.

V nabídce uveďte ve zvláštní příloze následující informace:

- nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to v nabídce)
- nároky na četnost servisních prohlídek případně elektrických revizí (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to v nabídce)
- klasifikační třída zdravotnického prostředku, způsob likvidace zařízení po jeho celkovém opotřebení (s ohledem na zákonné předpisy o nakládání s odpadem)
- seznam speciálního spotřebního materiálu, jehož používání podmiňuje dodržení záručních podmínek a zajišťuje bezpečné provozování nabízených zdravotnických prostředků, pokud je to pro tento případ relevantní. Uveďte rovněž aktuální cenu těchto materiálů a kontakt pro jeho objednávání.
- součástí dodávky požadujeme chemii na 150 cyklů
- součástí dodávky musí být předfiltrace vstupní vody (zbavení mechanických nečistot větší než 1mikron)

Nabídka musí dále obsahovat:

- doklad o oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku – prosté kopie)
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci na: Výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona – prosté kopie).

- doklad o splnění ohlašovací povinnosti dle ust. § 8 (výrobce), resp. § 23 (distributor) z. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro – prosté kopie).
- doklad o splnění ohlašovací povinnosti dle ust. § 23 (osoba provádějící servis prostředků) z. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro – prosté kopie).

Zadavatel s odkazem na přechodná ustanovení z.č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, uvádí, že výrobce zdravotnického prostředku na zakázku, distributor nebo osoba provádějící servis prostředků, kteří ohlásili svou činnost podle dosavadních právních předpisů, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považují za osoby se splněnou ohlašovací povinností v souladu s § 8 nebo 23. Den nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za den ohlášení. Doklad předkládá účastník v prosté kopii.

- Cenovou nabídku zpracovanou dle bodu č. 4 této výzvy
- krycí list nabídky vyplněný uchazečem (příloha č. 6 Výzvy),
- krycí list pořizovací ceny a předpokládaných provozních nákladů po záruční lhůtě a hodnot dalších hodnotících kritérií, ve kterém uchazeč vyplní požadované údaje a údaje ke kritériím hodnocení (bod 3. této výzvy) (příloha č. 7 Výzvy),
- výpočet hodnocené ceny pro kritérium hodnocení č. 1 (příloha č. 5 Výzvy),
- vyplněnou tabulku technických parametrů nabízeného zařízení, která je přílohou této výzvy (příloha č. 4 Výzvy),
- uchazečem doplněný text obchodních podmínek (viz bod 5. této výzvy), (příloha č. 3 Výzvy),
- kategorizace zařízení podle platného číselníku klasifikace produkce „CZ-CPA“
- čestné prohlášení o základní způsobilosti (příloha č. 1 výzvy) vyplněné dodavatelem
- čestné prohlášení ke střetu zájmů a ke splnění podmínky k omezujícím opatřením vzhledem k činností Ruska destabilizující situaci na Ukrajině (příloha č. 2 výzvy) vyplněné dodavatelem.

3. Kritéria hodnocení nabídek na veřejnou zakázku:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle následujících kritérií:

- | | | |
|----|---|----------|
| 1) | Požizovací cena a předpokládané provozní náklady po záruční lhůtě celkem v Kč bez DPH
vypočtené v tabulce “Výpočet hodnocené ceny pro kritérium hodnocení č. 1”
(součet pořizovací ceny a předpokládaných provozních nákladů v modelovém případě
při předpokládané délce užívání zařízení 5 let) | váha 85% |
| 2) | Záruční doba v letech | váha 15% |

V kritériu 1) bude přepočtený počet bodů stanoven tak, že podíl nejnižší pořizovací ceny a předpokládaných provozních nákladů po záruční lhůtě celkem v Kč bez DPH při předpokládané délce užívání zařízení 5 let ze všech hodnocených nabídek ku pořizovací ceně a předpokládaným provozním nákladům po záruční lhůtě celkem v Kč bez DPH při předpokládané délce užívání zařízení 5 let hodnocené nabídky bude vynásoben 100 a následně bude vynásoben vahou kritéria 1)

V kritériu 2) bude počet bodů stanoven tak, že podíl délky záruční doby v letech hodnocené nabídky ku největší délce záruční doby v letech ze všech hodnocených nabídek (zohledněno bude max. 5 let) bude vynásoben 100 a následně bude vynásoben vahou kritéria 2)

Bodové hodnocení stanovené pro jednotlivá kritéria bude za všechna kritéria sečteno. Pořadí nabídek bude stanoveno sestupně podle počtu dosažených bodů

4. Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenu uveďte jako cenu v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celkovou cenu v Kč včetně DPH, a to jak u jednotlivých komponentů, tak součtovou cenu za celou zakázku. Tato cena je cenou maximální a musí obsahovat veškeré náklady související s dodávkou, instalací, uvedením do provozu a zaškolením personálu. Cena musí být vyčíslena v korunách českých a není ji možné překročit.

Dodavatel odpovídá za to, že jeho nabídka, a tedy nabídková cena, zahrnuje všechny práce, dodávky a služby vymezené v podmínkách veřejné zakázky a v zadávací dokumentaci.

Celková nabídková cena za celý předmět plnění této veřejné zakázky bude doplněna do krycího listu pořizovací ceny a předpokládaných provozních nákladů po záruční lhůtě a hodnot dalších hodnotících kritérií a bude stanovena jako nejvyšší přípustná.

5. Obchodní podmínky:

Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou textu smlouvy obligatorního charakteru. Text smlouvy je součástí zadávací dokumentace. Dodavatel vyplní v textu smlouvy údaje, které jsou určeny k vyplnění, a tutéž smlouvu vrátí jako součást nabídky zadavateli. Dodavatel není oprávněn text smlouvy měnit (kromě částí, u nichž je uvedeno „doplní dodavatel“) - (příloha č. 3 Výzvy).

6. Místo pro podávání nabídek na veřejnou zakázku:

Nabídky budou přijímány v elektronické podobě prostřednictvím nástroje E-ZAK. Elektronický nástroj zadavatele, který je zároveň profilem zadavatele, je přístupný na adrese:

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_111.html od 9. 05. 2023

7. Termín podání nabídek na veřejnou zakázku:

Nabídky zašlete na výše uvedenou adresu nejpozději **do 23. 05. 2023 do 10⁰⁰ hod.** Otevírání nabídek je neveřejné. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svojí nabídkou vázáni, činí 60 dní od konce lhůty pro podání nabídek.

8. Doba a místo plnění veřejné zakázky:

Uskutečnění dodávky zadavatel požaduje nejpozději do **60** kalendářních dnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy. Místem plnění zakázky je Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo.

9. Další podmínky

- vyzvaný dodavatel může podat jenom jednu nabídku
- náklady dodavatele spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí
- zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých dodavatelích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto výběrového řízení

- zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem, odmítnout všechny nabídky nebo výběrové řízení zrušit
- zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky výběrového řízení

Znojmo



Digitálně podepsal
MUDr. Martin
Pavlík, Ph.D.
Datum: 2023.05.05
10:53:35 +02'00'

MUDr. Martin Pavlík, Ph.D.

ředitel Nemocnice Znojmo

Přílohy:

- 1) příloha č. 1 Výzvy – ČP o základní způsobilosti
- 2) příloha č. 2 Výzvy – ČP ke střetu zájmů
- 3) příloha č. 3 NeZN OP – myčka + sušící skříň
- 4) příloha č. 4 Tech. parametry myčka + sušící skříň
- 5) příloha č. 5 Výpočet hodnocené ceny pro kritérium hodnocení
- 6) příloha č. 6 Krycí list nabídky
- 7) příloha č. 7 Krycí list pořizovací ceny, provozních nákladů a dalších hodnotících kritérií