

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1229 dne 11. 10. 2003

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

podle § 27 písmeno a) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon)

„Myčka endoskopů a sušící skříň“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vysvětlení zadávací dokumentace je rozesíláno e-mailem všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a to na adresy, které má zadavatel k dispozici. Povinnost zadavatele odeslat vysvětlení zadávací dokumentace je splněna jeho odesláním e-mailem a uveřejněním na profilu zadavatele.

Vyřizuje.: Jiřina Bílková

Ve Znojmě dne 16. 05. 2023

Věc: Veřejná zakázka:

„Myčka endoskopů a sušící skříň“

Vysvětlení zadávací dokumentace (1)

Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě žádostí dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Text žádosti jednoho z dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz 1:

Myčka endoskopů a sušící skříň

S odvoláním se na Vaší výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s názvem “Myčka endoskopů a sušící skříň” a související zadávací dokumentace, respektive technické parametry předmětu zakázky žádáme o vyjádření zadavatele k níže specifikovaným dodatečným dotazům souvisejícím s touto veřejnou zakázkou.

Dotaz č. 1: V příloze VŘ č. 4, Tech.par.myčka+suš.skříň, zadavatel uvádí: **Materiál vnějšího pláště dezinfektoru je hliník.**

Námi nabízený automatický dezinfektor reprocesor flexibilních endoskopů (bronchoskopů) je vyroben z vysoce odolného armádního polymeru s antibakteriálním nástřikem.

Bude zadavatel akceptovat toto obdobné technické řešení splňující medicínální účel?

Dotaz č. 2: V příloze VŘ č. 4, Tech.par.myčka+suš.skříň, zadavatel uvádí: **Rozměry dezinfektoru: šířka 61,5 cm x hloubka 65 cm x výška 101 cm / +- 2 cm.**

Námi nabízený automatický dezinfektor flexibilních endoskopů (bronchoskopů) má rozměry: šířka 70 cm x hloubka 65 cm x výška 102,5 cm (140 cm včetně 19“ monitoru).

Bude zadavatel akceptovat tyto rozměry dezinfektoru splňující medicínální účel?

Dotaz č. 3: V příloze VŘ č. 4, Tech.par.myčka+suš.skříň, zadavatel uvádí: **Čtečka čárových kódů pro identifikaci endoskopů a uživatelů.**

Námi nabízený automatický dezinfektor flexibilních endoskopů disponuje RFID technologií pro snadnou identifikaci endoskopu, uživatele i zahájení cyklu bez nutnosti kontaktu se samotným dezinfektorem flexibilních endoskopů (hands-free) ovládání.

Bude zadavatel akceptovat toto obdobné technické řešení splňující medicínální účel?

Dotaz č. 4: V příloze VŘ č. 4, Tech.par.myčka+suš.skříň, zadavatel uvádí: **Na konci každého cyklu sušení vnitřních kanálů endoskopu HEPA 13 filtrovaným vzduchem bez nutnosti použití externích přídavných kompresorů.**

Námi nabízený automatický dezinfektor flexibilních endoskopů umožňuje připojení na medicínální vzduch umístěný na pracovišti, pokud pracoviště tímto rozvodem medicínálních plynů nedisponuje je možnost připojit kompresor s vysoce filtrovaným vzduchem HEPA 13.

Bude zadavatel akceptovat toto obdobné technické řešení splňující medicínální účel?

Dotaz č. 5: V příloze VŘ č. 4, Tech.par.myčka+suš.skříň, zadavatel uvádí: **Police pro umístění kontejnerů z nerezové oceli.**

Police pro umístění kontejnerů námi nabízené sušící a skladovací skříň pro flexibilní endoskopy (bronchoskopy) je vyrobena z vysoce odolného armádního polymeru s antibakteriálním nástřikem.

Bude zadavatel akceptovat toto obdobné technické řešení splňující medicínální účel?

Dotaz č. 6: V příloze VŘ č. 4, Tech.par.myčka+suš.skříň, zadavatel uvádí: **Integrovaná tiskárna pro tisk validních štítků dokumentujících sušící cyklus.**

Námi nabízená sušící a skladovací skříň umožňuje připojení do NIS a disponuje externí tiskárnou pro tisk validních štítků dokumentujících sušící cyklus.

Bude zadavatel akceptovat toto obdobné technické řešení splňující medicínální účel?

Námi nabízené řešení nijak nesnižuje kvalitativní nároky na automatický dezinfektor flexibilních endoskopů a sušící/skladovací skříň, naopak u dezinfektoru je kladen důraz na vysoký stupeň dezinfekce a sterilizace flexibilních endoskopů, uživatelsky nenáročné ovládání, minimalizaci času cyklu mytí a dezinfekce (reprocesu) flexibilních endoskopů s tiskem validovaného protokolu z tiskárny. Sušící skříň je navržena pro snadné uložení endoskopů a připojení do systému jedním klikem pomocí tzv. hookup konektoru.

Děkuji za Vaše odpovědi

S pozdravem

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

Ne, zadavatel trvá na požadovaném parametru.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 2:

Ne, zadavatel trvá na požadovaném parametru z důvodu prostorového omezení.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 3:

Ne, zadavatel trvá na požadovaném parametru. Technologie čtečky čárových kódů pro identifikaci endoskopů a uživatelů je dlouhodobě na pracovištích zadavatele využívána a umožňuje personálu vyšší kontrolu při načítání endoskopu před samotným zahájením dezinfekčního cyklu.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 4:

Ne, zadavatel trvá na požadovaném parametru. Pracoviště zadavatele, kde bude dezinfektor umístěn, nedisponuje rozvodem medicínálních plynů. Na trhu existují dezinfektory, které disponují vestavěnou technologií – sušení vnitřních kanálů endoskopu HEPA 13 filtrovaným vzduchem bez nutnosti použití externích přídavných kompresorů. Řešení s přídavným externím kompresorem zvyšuje servisní náklady a pravděpodobnost vzniku poruch.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 5:

Ne, zadavatel trvá na požadovaném parametru.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 6:

Ne, zadavatel trvá na požadovaném parametru. Na trhu existují sušící a skladovací skříně, které disponují integrovanou tiskárnou pro tisk validních štítků dokumentujících sušící cyklus. Toto řešení jednoznačně přináší vyšší komfort uživateli a zároveň výrazně snižuje servisní náklady a pravděpodobnost vzniku poruch.

Jiřina Bílková
obchodní odbor, úsek zakázek
Nemocnice Znojmo p.o.

NEMOCNICE ZNOJMO, příspěvková organizace
Obchodní odbor
ÚSEK ZAKÁZEK A ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY
pracoviště nákupu
MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
IČO: 00092584, DIČ: CZ00092584
tel.: 515 215 111, 515 215 227