

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1229 dne 11. 10. 2003

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

podle § 27 písmeno a) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon)

„Myčka endoskopů a sušící skříň“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vysvětlení zadávací dokumentace je rozesíláno e-mailem všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a to na adresy, které má zadavatel k dispozici. Povinnost zadavatele odeslat vysvětlení zadávací dokumentace je splněna jeho odesláním e-mailem a uveřejněním na profilu zadavatele.

Vyřizuje.: Jiřina Bílková

Ve Znojmě dne 22. 05. 2023

Věc: Veřejná zakázka:

„Myčka endoskopů a sušící skříň“

Vysvětlení zadávací dokumentace (2)

Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě žádostí dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Text žádosti jednoho z dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz 2:

Dobrý den, paní Bílková,

měli bychom zájem zúčastnit se výběrového řízení ohledně dodávky myčky endoskopů a sušící skříně. Ohledně myčky, měl bych několik dotazů k zadané specifikaci a prosím Vás o informaci, zda je námi navrhovaná hodnota/řešení pro Vás akceptovatelné.

1) "Bezpečnostní senzory pro kontrolu překročení teploty uvnitř mycí komory" - naše myčky pracují na moderní technologii mytí, kdy desinfekční prostředky jsou aktivní při teplotách 0 - 30°C, tzn. ohřev není potřeba. Tím pádem instalace teplotních čidel není opodstatněná.

2) "Samostatný cyklus na odvápnění" - na základě naší zkušenosti většina klientů řeší problém s vyšší tvrdostí vody, řešíme to tedy externím změkčovačem vody, který samozřejmě také dodáváme. Tím tedy předcházíme problémům vyžadujícím odvápnění přístroje.

- 3) "Materiál vnějšího pláště dezinfektoru je hliník" - naše myčky mají plášť z práškově lakovaného kovu, který je odolný a zajišťuje dlouhou životnost pláště myčky
- 4) Hloubka myčky - požadovaná hodnota je ≤ 65 cm, naše myčka má hloubku 77,1 cm.
- 5) Váha myčky - požadovaná hodnota je max. 70 kg. Naše myčky váží 100 kg s tím, že standardní součástí je zabudovaný kompresor (tzn. +30 kg navíc k váze myčky). Kompresor zajišťuje vysušení zbytkových tekutin z endoskopu na konci operace. Současně je i myčka vybavena vzduchovou pistolí.

Ohledně sušící skříně - v zakázce poptáváte skříň s horizontálním uchováním endoskopů v boxech. My máme v nabídce výborné, cenově zajímavé sušící skříně se systémem vertikálního zavěšení pro zajištění čistoty a ochrany endoskopů. Kapacita skříní je 6, případně 12 endoskopů.

Odkaz na náš e-shop je <https://www.zdravotnichtechnika.cz/susici-skrin>

Technické specifikace skříní pro případ Vašeho zájmu posílám v příloze.

Děkuji za Vaši odpověď a těším se na případnou spolupráci.

S přáním hezkého dne

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

Ano, připouštíme tuto možnost.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 2:

Ne, zadavatel trvá na svém původním požadavku z důvodu prostorových možností.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 3:

Ano, připouštíme tuto možnost.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 4:

Ne, zadavatel trvá na svém původním požadavku z důvodu prostorových možností.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 5:

Ne, zadavatel trvá na svém původním požadavku.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 6:

Ne, zadavatel trvá na svém původním požadavku.

Vzhledem k úpravě zadávacích podmínek prodlužuje zadavatel termín k podání nabídek do 6. 6. 2023 do 10.00 hodin.

Jiřina Bílková
obchodní odbor, úsek zakázek
Nemocnice Znojmo p.o.

NEMOCNICE ZNOJMO, příspěvková organizace
Obchodní odbor
ÚSEK ZAKÁZEK A ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY
pracoviště nákupu
MUDr. Jana Janského 11/669 02 Znojmo
IČO: 00092584, DIČ: CZ00092584
tel.: 515 215 111, 515 215 227