

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Rozvoj infektologického pracoviště Nemocnice Kyjov – III. etapa, zdravotnická technika
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo:	Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
IČO:	002 26 912
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení:	Otevřené nadlimitní řízení

Na základě obdržené žádosti či žádostí poskytuje zadavatel níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Rádi bychom vás tímto požádali o poskytnutí dodatečných informací v rámci vašeho VŘ a u části 8. Laminární box, kdy máme následující dotaz:

Je pro vás přípustné nabídnutí zařízení, které splní všechny vaše požadavky a které má následující vnitřní rozměry (š x h x v) 1192 x 580 x 740 mm při následujících vnějších rozměrech (š x h) 1350 x 810 mm?

S tím, že ve vaší TS máte stejně uveden technický požadavek: • Na boční stěnách lam.boxu vstupy pro požadovaná média a tedy je z vaší strany počítáno s tím, že při pozdějším využití těchto požadovaných bočních vstupů pro média je nutné volný přístup k zařízení z jeho bočních stran zachovat.

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel bude akceptovat laminární box dle rozměrů uvedených v žádosti tazatele a v příloze tohoto vysvětlení předkládá novou, upravenou a pro zpracování nabídek závaznou technickou specifikaci pro část 8 veřejné zakázky, s upravenými rozměry laminárního boxu.

INFORMACE

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby opět činila minimálně celou svoji původní délku. Zadavatel na základě výše uvedeného rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Bod IV.2.2) nově	Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
	Datum: 12. 07. 2023 Čas: 10:00 hodin
Bod IV.2.7) nově	Podmínky pro otevírání nabídek
	Datum: 12. 07. 2023 Čas: 10:10 hodin

Opravné oznámení bude rovněž zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku EU (TED).

Přílohy:

SVAZEK 3 příloha č. 1 - Technická specifikace - část 8 (Laminární box)_vys2