

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	<b>Rozvoj infektologického pracoviště Nemocnice Kyjov – III. etapa, zdravotnická technika</b>
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo:	Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
IČO:	002 26 912
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení:	Otevřené nadlimitní řízení

Na základě obdržené žádosti či žádostí poskytuje zadavatel níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

## DOTAZ 1

U položky Laboratorní mrazicí box - 1ks

dotaz č.1 Bude uživatel akceptovat provedení mrazicího boxu jako pultový typ?

## ODPOVĚĎ 1

Vzhledem k umístění mrazicího boxu trvá zadavatel na skříňovém typu.

## DOTAZ 2

U položky Mrazicí box na skladování krevní plazmy máme následující dotazy:

- Bude uživatel akceptovat rozsah teplot do -35 °C se zaručenou minimální fluktuací teploty při programovatelném defrostu?
- Prosíme o specifikaci požadovaných košů, minimální rozměry
- Bude uživatel akceptovat šířku boxu 837 mm?

## ODPOVĚĎ 2

- Ano, zadavatel bude akceptovat rozsah teploty od -15°C až -35°C.
- Rozměry košů nejsou stanoveny, pouze jejich minimální počet.
- Ne, s ohledem na umístění mrazicího boxu a šířku dveří trvá zadavatel na maximální šířce boxu 80 cm.

Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení předkládá novou, upravenou a pro zpracování nabídek závaznou technickou specifikaci (SVAZEK 3 příloha č. 1 - Technická specifikace - část 3 (Mrazák plazma)\_vys3), ve které provedl úpravy ve smyslu odpovědi dle písm. a).

## INFORMACE

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby opět činila minimálně celou svoji původní délku. Zadavatel na základě výše uvedeného rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Bod IV.2.2) nově      Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast  
**Datum: 18. 07. 2023      Čas: 10:00 hodin**

Bod IV.2.7) nově      Podmínky pro otevírání nabídek  
**Datum: 18. 07. 2023      Čas: 10:10 hodin**

Opravné oznámení bude rovněž zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku EU (TED).

Přílohy:

SVAZEK 3 příloha č. 1 - Technická specifikace - část 3 (Mrazák plazma)\_vys3