

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

„REACT EU – elektrochirurgické generátory“



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Zadavatel obdržel 15.6.2023 prostřednictvím profilu zadavatele písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace jednoho z uchazečů.

Zadavatel poskytuje dle §98 odst. 3. zákona toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

“Zadavatel odpověděl dne 2.6. zamítavě na Účastníkův dotaz ve znění:

„Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel ve výběrovém řízení „REACT EU – elektrochirurgické generátory“ v dokumentu „generátory – příloha č. 3 Specifikace předmětu plnění - technické podmínky.docx“ uvádí v části „A, Elektrochirurgický generátor nejvyšší třídy“ parametr „upgrade přístroje min. pomocí USB“.

Účastník nabízí elektrochirurgický generátor s možností upgradu přístroje pomocí WIFI spojení. Tato možnost je plně alternativní k upgradu přístroje pomocí USB. Nikterak nemění medicínský účel elektrochirurgického generátoru.

Účastník se ptá, zdali Zadavatel připustí Účastníkem nabízené řešení?“

a nepřipustil Účastníkem nabízené řešení s následujícím odůvodněním:

„Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4: Zadavatel sděluje, že nepřipouští nabízené řešení. Upgrade přístroje pomocí WIFI spojení zadavatel z důvodu možných bezpečnostních rizik nepodporuje.“

Účastník se proto znovu dotazuje s účelem narovnání diskriminační povahy parametru a zdůvodňuje, že nabízí minimálně stejně kvalitní řešení pro upgrade elektrochirurgického generátoru.

Účastník nabízí elektrochirurgický generátor s možností upgradu přístroje pomocí WIFI spojení, které nabízí vícenásobné zabezpečení připojení. Připojení je vždy zabezpečeno unikátním heslem, které se generuje elektrochirurgickým generátorem (přístrojem) a vzhledem k tomu že je nutno použít software s autorizovaným přístupem na straně uživatele PC se zadáním unikátního hesla pro upgrade přístroje, nevzniká zde riziko bezpečnostního zneužití námi nabízeného systému. Autorizovaný přístup na straně uživatele PC, servisního technika, který ovládá aplikaci pro upgrade dochází vždy ke kontrole uživatelského účtu přes CLOUD výrobní firmy elektrochirurgického generátoru s nutností zadání dalšího hesla pro přístup ke cloudu a až následně je možno se připojit k elektrochirurgickému generátoru a provést upgrade přístroje.

Naopak vidíme mnohem větší bezpečnostní riziko v použití libovolné USB paměti do USB slotu, kdy pravděpodobně Zadavatelem preferovaný dodavatel v návodu udává i heslo pro otevření komunikačního menu k USB portu. (Možnost dohledání zde: Návod Bowa ARC 400 str. 73 – který je volně přístupný na internetu – Registr Zdravotnických Prostředků.)

Účastník se proto ptá, zdali zadavatel bude akceptovat upgrade přístroje pomocí WIFI, při dodržení Účastníkem popsanych bezpečnostních opatření?“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel sděluje, že bude akceptovat uvedené řešení.

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 1 poskytuje upravený dokument Specifikace předmětu plnění. Účastníci použijí tento upravený dokument při zpracování svých nabídek.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 27.7. 2023 do 10:00 hodin**

V Ivančicích

Ing. Pavel Baláš
Náměstek ředitele pro HTS
Zástupce zadavatele