



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Název veřejné zakázky: „NEMOCNICE TGM HODONÍN - IV. ETAPA PROJEKTU REACT EU 98 – MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM OPERAČNÍCH SÁLŮ“**

**Zadavatel:**

**Název:** Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace  
**Adresa:** Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín  
**IČO:** 00226637  
**Zastoupen:** Ing. Jiřím Kolibou, ředitelem

Zadavatel veřejné zakázky zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky.

- Dotaz č. 1:** „Zadavatel v příloze č. 2e ZD Systém operačních stolů požaduje: *“navážecí vozík musí být nastavitelný výškově, musí mít polohování do Trendelenburgové a anti-Trendelenburgové polohy v minimálním rozsahu 15° “.*  
*V současné době čelíme problémům s dodávkami způsobených válečným konfliktem na Ukrajině a nejsme proto schopni garantovat včasné dodání požadovaného navážecího vozíku. Dotaz: Bude zadavatel akceptovat dodání navážecího vozíku rigidního, tedy bez výškového polohování a funkce Trendelenburg/ antiTrendelenburg?“*

**Odpověď:**

Zadavatel sděluje, že bude akceptovat rovněž dodání navážecího vozíku rigidního.

V návaznosti na výše uvedené došlo k částečné úpravě technické specifikace veřejné zakázky – Přílohy č. 2e zadávací dokumentace. Upravená technická specifikace tvoří přílohu těchto dodatečných informací a dodavatelé ve svých nabídkách použijí tento aktualizovaný dokument.

Vzhledem k tomu, že těmito dodatečnými informacemi došlo k částečné úpravě zadávacích podmínek, rozhodl se zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to **do 17. 7. 2023 do 10:00 hod.**

V Hodoníně dne 30. 6. 2023

GrantPoint, s.r.o.  
Mgr. Ivo Macek  
v zastoupení na základě plné moci