

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Název veřejné zakázky:	Rozvoj infektologického pracoviště Nemocnice Kyjov – III. etapa, zdravotnická technika
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo:	Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
IČO:	002 26 912
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení:	Otevřené nadlimitní řízení

Na základě obdržené žádosti či žádostí poskytuje zadavatel níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Chápe účastník správně, že v příloze č. 1 ZD – Technická specifikace – část 4, požaduje zadavatel hemokultivační systém v konfiguraci 2 spojené moduly s kapacitou 40 pozic, tj. celkovou kapacitou 80 pozic a jedním dotykovým ovládacím panelem?

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel požaduje v souladu s údaji uvedenými v zadávací dokumentaci v dokumentu SVAZEK 3 příloha č. 1 - Technická specifikace - část 4 (Hemokultivační systém) dodání 2 ks samostatných přístrojů, každý z těchto přístrojů s kapacitou min. 40 paralelně kultivovatelných vzorků, resp. kultivačních pozic a každý z těchto přístrojů s dotykovým ovládacím zobrazovacím zařízením s grafickým uživatelským rozhraním.

Pro úplnost zadavatel uvádí, že přístroje musí kromě výše uvedených technických parametrů (požadavků zadavatele) splňovat také všechny technické parametry (požadavky zadavatele) uvedené ve SVAZKU 3 příloze č. 1 - Technická specifikace - část 4 (Hemokultivační systém).

INFORMACE

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a konstatuje, že povaha vysvětlení nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.