

VYŘIZUJE: Ing. Zuzana Michnová
TEL.: 518 601 038
E-MAIL: michnova.zuzana@nemkyj.cz
DATUM: 7. července 2023

Změna zadávací dokumentace č. 2 k podlimitní veřejné zakázce na dodávky „Rukavice vyšetřovací nitrilové“.

Na základě dotazu dodavatele poskytuje zadavatel změnu a vysvětlení zadávací dokumentace k výše uveřejněné veřejné zakázce, a to dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon).

I. Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

Dne 27.06.2023 byl zadavateli doručen následující dotaz:

Bude zadavatel akceptovat nabídku rukavic lepších technických parametrů než je specifikováno v technických požadavcích, za předpokladu, že budou dodrženy požadavky komfortu pro uživatele?

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano

Dotaz č. 2:

Dne 28.06.2023 byl zadavateli doručen následující dotaz:

V části 3 - 11N - Nitrilové rukavice, prodloužené, nepudrované nesterilní, velikosti S-XL Zadavatel požaduje sílu přetržení 11N. Prosím, bude Zadavatel akceptovat sílu přetržení 6N, která je pro rukavice vhodná na cytostatika zcela dostačující?

Odpověď na dotaz č. 2:

V části 3 – 11N- Nitrilové rukavice, zadavatel **nutně netrvá na požadavku Mediánové síle přetržení před stárnutím 11,0 N**. Nicméně nabízené rukavice pro

tuto část **musí splňovat požadované parametry v kategoriích uvedených v technické specifikaci tzn.**

Označení produktu CE dle Směrnice o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS.

Třída prostředku: I.

Vyhovuje normám EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN 374-1, EN 374-2 (Stupeň 2) a EN 374-3.

Výrobek testován na rezistenci proti průniku virů podle ASTM F1671.

AQL 1.0 nepropustnost dle EN 455-1.

Změna č. 1

Zadavatel posoudil poskytnutou změnu zadávací dokumentace a s ohledem na její charakter rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek. A mění tak čl. **X. Lhůta pro podání nabídek následovně:**

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem zveřejnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele a končí dne: **28.7.2023 v 9:00:00 hod.**

V ostatních částech zůstává zadávací dokumentace beze změn.

Za zadavatele:

Mgr. Petra Böhmová, LL.B.
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace