

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Název veřejné zakázky:	<b>Rozvoj infektologického pracoviště Nemocnice Kyjov – III. etapa, zdravotnická technika</b>
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo:	Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
IČO:	002 26 912
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení:	Otevřené nadlimitní řízení

---

Na základě obdržené žádosti či žádostí poskytuje zadavatel níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

---

## **DOTAZ 1**

Tímto vás žádáme o poskytnutí dodatečné informace a prosíme o odpověď v části 2 centrifugy a také části 8 laminární box:

V návrhu kupní smlouvy těchto částí máte v článku VI. Záruční podmínky uvedeno: V případě výskytu záruční vady je prodávající povinen zajistit odvoz reklamovaného předmětu plnění či nástup technika nejpozději do 24 hodin od okamžiku nahlášení vady kupujícím.

Náš dotaz k tomuto: Je to myšleno v pracovní dny? V případě, že není prosíme, zda je možné doplnit, že se jedná o pracovní dny Po až Pá.

## **ODPOVĚĎ 1**

Není myšleno v pracovní dny. Zadavatel trvá na odvozu reklamovaného předmětu plnění či nástup technika nejpozději do 24 hodin od okamžiku nahlášení vady kupujícím. Zadavatel však sděluje, že uplatnění vad předpokládá především v pracovní době laboratoře, tj. v pracovních dnech, v 7:00 – 15:00 hodin.

---

## **DOTAZ 2**

Rádi bychom vás tímto požádali o poskytnutí dodatečných informací v rámci vašeho VŘ a u části 8. Laminární box, kdy máme následující dotaz:

Je pro vás přípustné nabídnutí zařízení, které splní všechny vaše požadavky a má následující vnějších rozměrech (š x h) 1350 x 855 mm? S tím, že pro nastěhování a prostup dveřmi je i rozměru 80 cm vhodný, protože hloubku laminárního boxu lze pro manipulaci redukovat na 780 mm.

Děkujeme za odpovědi.

## **ODPOVĚĎ 2**

Zadavatel již jednou tazateli vyhověl v rámci odpovědi č. 1 ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, kde navýšil maximální šířku přístroje ze 795 mm, na 820 mm tak, aby rozšířil hospodářskou soutěž a současně vyhověl šířce přístroje nabízené tazatelem (tj. 810 mm, viz původní žádost o vysvětlení ve Vysvětlení č. 2), přičemž se jedná o maximální

možnou šířku přístroje pro jeho řádné umístění v laboratoři. Zadavatel nebude dále maximální vnější rozměry přístroje upravovat.

---

## **INFORMACE**

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a konstatuje, že povaha vysvětlení nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel však rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o 1 pracovní den, tj. o prodlení s uveřejněním odpovědí na obdržené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace proti zákonné lhůtě. Zadavatel na základě výše uvedeného rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

- Bod IV.2.2) nově Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast  
**Datum: 19. 07. 2023 Čas: 10:00 hodin**
- Bod IV.2.7) nově Podmínky pro otevírání nabídek  
**Datum: 19. 07. 2023 Čas: 10:10 hodin**

Opravné oznámení bude rovněž zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku EU (TED).