



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Název veřejné zakázky: „NEMOCNICE TGM HODONÍN - IV. ETAPA PROJEKTU REACT EU 98 – MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM OPERAČNÍCH SÁLŮ“**

**Zadavatel:**

**Název:** Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace  
**Adresa:** Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín  
**IČO:** 00226637  
**Zastoupen:** Ing. Jiřím Kolibou, ředitelem

Zadavatel veřejné zakázky zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky.

- Dotaz č. 1:** „1) Zadávací dokumentace včetně kupní smlouvy stanovují, že předmětem dodávky je rovněž „...bezplatné provádění záručního servisu, revizí přístrojů, bezpečnostně technických kontrol a zkoušek dlouhodobé stability...“. Jelikož je předmětem nákupu dodávka zdravotnické technologie, stejně jako stavební a přípravné práce pro zprovoznění zdravotnické technologie, žádáme zadavatele o vyjasnění, zda se tento požadavek (hlavně na bezplatný záruční servis) týká pouze dodané zdravotnické technologie nebo i ostatních komponent a profesí, které jsou předmětem tohoto výběrového řízení (např. automatické dveře, MLF panely, soubory elektroinstalace atd.). Tyto údaje je důležité vyjasnit, protože rozšířené chápání bezplatného servisu ovlivňuje cenu uchazeče?“

**Odpověď:**

Zadavatel odkazuje na formulaci uvedenou v zadávacích podmínkách a potvrzuje, že záruční servis v délce trvání uvedené v návrhu kupní smlouvy se vztahuje rovněž na ostatní komponenty a dodávky, které tvoří součást veřejné zakázky, nejen tedy na zdravotnickou techniku.

- Dotaz č. 2:** „2) Žádáme zadavatele o objasnění, zda realizace bude probíhat za provozu okolních oddělení (např. centrální sterilizace) a zda tyto vlivy budou nějak ovlivňovat průběh realizace předmětné zakázky. Dotazem jsou myšlena také hluková, časová (práce po pracovní době, víkendové práce apod.) a podobná omezení s ohledem na další oddělení. Nepředpokládáme rovněž, že by byl v provozu zbývající 3. operační sál, který není předmětem modernizace“

**Odpověď:**

Zadavatel sděluje, že okolní oddělení (např. centrální sterilizace) nebudou v době realizace veřejné zakázky v provozu. Celé podlaží budovy bude mimo provoz. V provozu budou oddělení v přízemí budovy, která by však realizovanými pracemi (např. hlučnost) neměla být ovlivněna.

- Dotaz č. 3:** „Zadavatel v rámci zadávací dokumentace stanovuje, že předmětem modernizace jsou rovněž veškeré nutné zkoušky a také komplexní úklid tak, aby mohl započít provoz modernizovaných OS. Žádáme zadavatele o vyjasnění, zda mikrobiologické stěry a jejich kultivaci si zajišťuje vlastními silami nebo je rovněž předmětem dodávky zhotovitele. Stěry

*nejsou předmětem výkazu výměr a není ani v moci zhotovitele předvídat, zda jsou stěry požadovány interními procesy či jinými kontrolními orgány v případě této modernizace (jelikož OS neprochází kolaudací – není stanoveno v ZD).“*

**Odpověď:**

Zadavatel sděluje, že mikrobiologické stěry nejsou součástí veřejné zakázky.

4. **Dotaz č. 4:** „4) Zadavatel v rámci kupní smlouvy v odst. 11.2.5. uvádí: „Dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných Projektovou dokumentací vč. dokladové části a nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými v Projektové dokumentaci provede a hradí Objednatel. V případě, že výsledky dodatečné(ých) zkoušky(šek) nevyhoví předepsaným nebo normativním požadavkům, náklady na tyto zkoušky jdou k tíži Zhotovitele.“. Upozorňujeme zadavatele, že některé zkoušky či měření nemohou být zhotovitelem objektivně výrazně ovlivněny, jelikož předmětem tohoto výběrového řízení je pouze modernizace operačního sálu, tedy nejedná se o kompletní rekonstrukci, kde by zhotovitel mohl mít vliv i na funkčnost některých provozních systémů jako je např. vzduchotechnika, chlazení, vytápění apod. Takovýmito zkouškami či měřeními mohou například být validace čistých prostor nebo mikrobiologické měření prováděné ať už zhotovitelem nebo zadavatelem. Bude tyto fakta brát zadavatel v potaz s ohledem na citovanou pasáž kupní smlouvy?“

**Odpověď:**

Ano, zadavatel bude reflektovat, zda v rámci realizovaných zkoušek mohly být výsledky ovlivněny jinými faktory nesouvisejícími s realizovanou veřejnou zakázkou. Tyto skutečnosti budou objektivně posouzeny při výkladu kupní smlouvy.

5. **Dotaz č. 5** „5) Zadavatel v rámci kupní smlouvy v odst. 7.1.8. uvádí: „Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, autorského dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při kontrole provádění předmětu plnění.“. Žádáme zadavatele s ohledem na lepší porovnatelnost nabídek uchazečů o bližší specifikaci toho, co bude TDI/AD požadovat, tedy s čím má uchazeč počítat do kalkulace nákladů, ceny dodávky (např. 1x stavební buňka, 1x tiskárna apod.).“

**Odpověď:**

Zadavatel nepožaduje specifické vybavení pro osoby zastupující objednatele při realizaci veřejné zakázky, je požadován pouze přístup k provozním prostorům, aby stanovené osoby mohly vykonávat svoji činnost.

Vzhledem k tomu, že těmito dodatečnými informacemi nedošlo k úpravě zadávacích podmínek, lhůta pro podání nabídek zůstává nezměněna.

V Hodoníně dne 11. 7. 2023

GrantPoint, s.r.o.  
Mgr. Ivo Macek  
v zastoupení na základě plné moci