



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2 zakázky

„Stavební úpravy ARO Nemocnice Kyjov – ostatní vybavení“

Identifikační údaje zadavatele:

Název:	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo:	Strážovská 1247, 697 33 Kyjov
IČO:	00226912
Zastoupený:	MUDr. Jiřím Vyhnalem, ředitelem
dále jen „zadavatel“)	

Zadavatel je na základě ustanovení § 43 ZZVZ zastoupen ve výběrovém řízení na základě příkazní smlouvy zástupcem

Zástupce:	BVA konzult, s.r.o.
Sídlo:	Jana Uhra 179/25, Veveří, 602 00 Brno
IČO:	415 39 656
Registrace:	OR u KS v Brně spisová značka C 112990
Kontaktní osoba:	Mgr. Veronika Svobodová, email: zakazky@bva-konzult.cz

Dotaz č. 1, Dílčí plnění č. 2: svítidla vyšetřovací stropní (ARO)

V technické specifikaci jsou uvedeny světlé výšky stropů a výšky mezistropních prostorů:

Pro 5 ks svítidel - Světlá výška místnosti 2,90 m, mezistropní prostor cca 33 cm

Pro 2 ks svítidel – Světlá výška 2,60 m, mezistropní prostor cca 63 cm

Chápu to správně, že výška podlaha -> pevný strop je vždy součet světlé výšky a mezistropního prostoru?

Odpověď č. 1, Dílčí plnění č. 2: svítidla vyšetřovací stropní (ARO)

Mezikus pro mezistropní prostor nebude dodáván. Bude řešit stavba. Pro potencionálního dodavatele je rozhodující světlá výška místnosti - pro 5ks to je 2,90m a pro 2ks to je 2,60m.

Dotaz č. 2, Dílčí plnění č. 2: svítidla vyšetřovací stropní (ARO)

V příloze č. 1 – Technická specifikace – dílčí plnění č. 2 je zadán požadavek „pracovní rozsah osvětlení 900 – 1600 mm (povolená odchylka +/- 10%)“

Dotaz: bude zadavatel akceptovat pracovní rozsah osvětlení 700 – 1400 mm ?

Odpověď č. 2, Dílčí plnění č. 2: svítidla vyšetřovací stropní (ARO)

Zadavatel ze zadávací dokumentace zcela odstraňuje požadavek na „pracovní rozsah osvětlení 900 – 1600 mm (povolená odchylka +/- 10%)“. Jelikož je tento parametr odstraněn, může dodavatel logicky nabídnout i svítidlo s pracovním rozsahem osvětlení 700 – 1400 mm a zadavatel bude akceptován (pokud produkt splňuje všechny ostatní požadavky zadavatele).

Dotaz č. 3, Dílčí plnění č. 2: svítidla vyšetřovací stropní (ARO)

V příloze č. 3 – Kupní smlouva k dílčímu plnění č.2 je zadán požadavek v článku 4 : „Prodávající se zavazuje dodat a instalovat zboží a současně zaškolit obsluhu nejpozději do 60 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.“

Dotaz: bude zadavatel akceptovat vzhledem k přetrvávající krizi s dodávkami materiálu pro výrobu s dodací dobou 84 dnů ode dne účinnosti této smlouvy?

Odpověď č. 3, Dílčí plnění č. 2: svítidla vyšetřovací stropní (ARO)

Vzhledem k tomu, že se jedná o závazný termín dokončení stavby u zadavatele, není možné dodací lhůtu prodloužit.

S ohledem na úpravy zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nově lhůta pro podání nabídek skončí: 28. 7. 2023 v 10:00h.

V Brně dne 13. 7. 2023

Mgr. Veronika Svobodová

v plné moci
BVA konzult, s.r.o.