

VYŘIZUJE: Mgr. Lenka Kaňová Glajchová, MBA  
TEL./FAX: 515 215 612  
E-MAIL: lenka.kanova@nemzn.cz

Ve Znojmě dne 9. 8. 2023

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, IČO: 00209805, jakožto zadavatel veřejné zakázky „**Operační světla pro operační sály NZ**“ (dále jen „veřejná zakázka“) tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v návaznosti na dotaz dodavatele vysvětluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce dle níže uvedeného.

### Dotaz dodavatele č. 2

- 1. V podmínkách jsou zahrnuty drobné stavební úpravy. Prosím o definici, jaké práce přesně to zahrnuje?*
- 2. Zahrnují podmínky VŘ i případné stavební práce, spojené s případnou potřebou opravit/předělat současné stropní kotvení, ke kterému se bude nové světlo uchycovat? (v případě, že statik vyhodnotí stávající kotvení, jako nevyhovující).*
- 3. Zahrnuje VŘ podmínku, že staré světlo musí být deinstalováno tak, že musí být v použitelném stavu do budoucna?*
- 4. Bude zpřístupněn strop předtím, než proběhne instalace, abychom se dostali až k původnímu kotvení?*

## Vysvětlení zadavatele

Ad 1.

Zadavatel definoval předmět plnění v Části č. 1 – Operační světla stropní ve Výzvě k podání nabídek následovně:

„V případě stacionárních operačních světel je součástí dodávky rovněž deinstalace a ekologická likvidace původních přístrojů, výchozí elektrorevize, rozebrání stávajícího hermeticky uzavřeného stropu, případné drobné stavební úpravy spojené s upevněním stropních nosičů, osazení a zapojení nových svítidel a zaklopení hermeticky uzavřeného stropu na sálech, a pokud to bude nutné rovněž realizace nové kabeláže a její instalace ke zdrojům el. energie a slaboproudé kabeláže k místním rozvaděčům.“

Vzhledem k tomu, že zadavateli není známo, jaký typ operačních světel bude dodán a jaké drobné stavební úpravy bude nutné provést při upevnění stropních nosičů, není schopen jejich přesné definice. Nositelem těchto informací je dodavatel, kterému je znám přesný způsob upevnění. Je tedy v jeho kompetenci, aby si potřebu případných drobných stavebních úprav nutných pro instalaci operačních světel s péčí odborníka definoval.

Ad 2.

Ano, v případě, že dodávané řešení zavěšení operačních světel bude spojené s potřebou opravit/předělat současné stropní kotvení, ke kterému se bude nové střešní světlo uchycovat, zahrnuje předmět plnění veřejné zakázky i tyto stavební práce.

Ad 3.

Zadavatel definoval předmět plnění v Části č. 1 – Operační světla stropní ve Výzvě k podání nabídek následovně:

„V případě stacionárních operačních světel je součástí dodávky rovněž deinstalace a ekologická likvidace původních přístrojů, výchozí elektrorevize, rozebrání stávajícího hermeticky uzavřeného stropu, případné drobné stavební úpravy spojené s upevněním stropních nosičů, osazení a zapojení nových svítidel a zaklopení hermeticky uzavřeného stropu na sálech, a pokud to bude nutné rovněž realizace nové kabeláže a její instalace ke zdrojům el. energie a slaboproudé kabeláže k místním rozvaděčům.“

Ze shora uvedeného vymezení předmětu plnění, kdy je vyžadována i ekologická likvidace původních přístrojů vyplývá, že zadavatel nepožaduje, aby staré světlo bylo deinstalováno tak, že musí být v použitelném stavu do budoucna.

Ad 4.

Zadavatel jako součást Zadávací dokumentace poskytl výkresovou dokumentaci stávajícího zavěšení, tak, aby účastníkům poskytl dostatečné informace o původním kotvení.

Součástí předmětu plnění je pak rozebrání stávajícího hermeticky uzavřeného stropu, tedy zadavatel předpokládá a požaduje, že zpřístupnění stropu před samotnou instalací provede dodavatel v rámci plnění smlouvy.

MUDr. Martin Pavlík, Ph. D., EDIC, DESA  
ředitel  
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace