

REACT EU – elektrochirurgické generátory**PROTOKOL O JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE**

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na <https://zakazky.krajbezkorupce.cz/>.

druh zadávacího řízení	nadlimitní veřejná zakázka
druh zakázky	veřejná zakázka na dodávky
Celková předpokládaná hodnota bez DPH, z toho:	1 500 000 Kč
hodnota dodávky:	995 000 Kč
hodnota spotřebního materiálu:	475 000 Kč
hodnota servisu:	30 000 Kč
adresa veřejné zakázky na profilu Zadavatele	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_31024.html
datum zahájení řízení	19. 5. 2023

Identifikační údaje Zadavatele

Název Zadavatele:	Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
Sídlo Zadavatele:	Široká 390/16, 664 91 Ivančice
Statutární zástupce:	Ing. Jaromír Hrubeš, ředitel
IČ Zadavatele:	00225827
Adresa profilu Zadavatele:	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_112.html

V Ivančicích dne 9. 8. 2023

1. Úvodní ustanovení

Hodnotící komise zasedla výše uvedeného dne na adrese sídla zadavatele od 13:00 hod.

Jsou přítomni:

řádně jmenovaní členové komise: Ing. Pavel Baláš, MUDr. Václav Hándl, Ing. Pavel Drozd

REACT EU – elektrochirurgické generátory

Členové komise převzali svoje jmenování a prohlašují svoji nepodjatost ve smyslu § 44 Zákona.

Komise může jednat a usnášet se.

Komise schválila jednací řád, který je přílohou tohoto protokolu.

2. Předseda komise

Předsedou komise byl zvolen: **MUDr. Václav Hándl**

3. Seznam nabídek

Ve lhůtě po podání nabídek byly doručeny tyto nabídky:

Pořadové číslo	Identifikační údaje účastníka	IČO	Datum podání nabídky	Čas podání nabídky
1	Promedeus s.r.o.	04939948	19.7. 2023	13:37:59
2	MGVIVA, a.s.	17321611	26.7. 2023	08:08:01

4. Hodnocení nabídek

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek dle § 114 zákona. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality. Dílčí kritéria a váhy jsou stanovené následovně:

a) Celková nabídková cena bez DPH - váha 65 bodů**b) Režim bipolární simultánní koagulace (aktivace dvou bipolárních nástrojů současně) s nezávislým nastavením výkonů – váha 10 bodů**

hodnocení:

nabízené řešení neobsahuje režim bipolární simultánní koagulace (aktivace dvou bipolárních nástrojů současně) s nezávislým nastavením výkonů – 0 bodů,

nabízené řešení neobsahuje režim bipolární simultánní koagulace (aktivace dvou bipolárních nástrojů současně) s nezávislým nastavením výkonů – 10 bodů)

c) Výkon bipolární resekce ve fyziologickém roztoku min. 800 W – váha 10 bodů

hodnocení:

nabízené řešení neumožňuje použít výkon bipolární resekce ve fyziologickém roztoku min. 800 W – 0 bodů,
nabízené řešení umožňuje použít výkon bipolární resekce ve fyziologickém roztoku min. 800 W – 10 bodů)

d) U nástrojů s čipem zobrazení názvu nástroje, katalogového a sériového čísla a zbývajících počtu použití nástroje – váha 5 bodů

hodnocení:

nabízené řešení nezobrazuje u nástrojů s čipem název nástroje, katalogové a sériové číslo a zbývajících počet použití nástroje – 0 bodů,

nabízené řešení zobrazuje u nástrojů s čipem název nástroje, katalogové a sériové číslo a zbývajících počet použití nástroje – 5 bodů)

REACT EU – elektrochirurgické generátory**e) Režim monopolární simultánní koagulace silná, řezná a sprejová – váha 5 bodů**

hodnocení:

nabízené řešení neobsahuje režim monopolární simultánní koagulace silná, řezná a sprejová – 0 bodů, nabízené řešení obsahuje monopolární simultánní koagulace silná, řezná a sprejová – 5 bodů)

f) Použití a aktivace bipolárních laparoskopických nástrojů s ruční aktivací na nástroji, min. 3 typy branží – váha 5 bodů

hodnocení:

nabízené řešení neumožňuje použití a aktivaci bipolárních laparoskopických nástrojů s ruční aktivací na nástroji, min. 3 typy branží – 0 bodů,

nabízené řešení umožňuje použití a aktivaci bipolárních laparoskopických nástrojů s ruční aktivací na nástroji, min. 3 typy branží – 5 bodů).

Celková nabídková cena je cena v Kč bez DPH uvedená v nabídkovém rozpočtu. V rámci dílčího hodnotícího kritéria „nabídková cena“ získá nabídka s nejnižší nabídkovou cenou (v Kč bez DPH) 65 bodů a každá další hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem váhy a poměru hodnoty nejhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Vzorec: [bodová hodnota] = [nejnižší nabídková cena] / [nabídková cena hodnocené nabídky] * váha

Na základě součtu výsledných hodnot se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejhodnější bude posouzena nabídka s nejvyšší dosaženou hodnotou.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM	váha	MGVIVA		Promedeus	
		hodnota	bodů	hodnota	bodů
Celková nabídková cena bez DPH	65	1 521 538 Kč	59,4	1 390 000 Kč	65
Režim bipolární simultánní koagulace (aktivace dvou bipolárních nástrojů současně) s nezávislým nastavením výkonů	10	NE	0	ANO	10
Výkon bipolární resekce ve fyziologickém roztoku min. 800 W	10	1600 W	10	860 W	10
U nástrojů s čipem zobrazení názvu nástroje, katalogového a sériového čísla a zbyvajících počtu použití nástroje	5	ANO	5	ANO	5
Režim monopolární simultánní koagulace silná, řezná a sprejová	5	sprejová, silná, jemná, laparoskopická, resekční (řezná), simultánní, argonová	5	sprejová, silná, jemná, laparoskopická, resekční (řezná), kardio hrudní, kardio mamární, simultánní, gastro, argonová	5
Použití a aktivace bipolárních laparoskopických nástrojů s ruční aktivací na nástroji, min. 3 typy branží	5	ANO	5	ANO	5
CELKEM	100		84,4		100

5. Posouzení nabídek vč. kvalifikace

Dodavatel s nejhodnější nabídkou předložil doklady, kterými prokázal svou kvalifikaci:

§75 základní způsobilost – předložen Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

§77 profesní způsobilost - předložen Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Výpis z Obchodního rejstříku, Výpis z Živnostenského rejstříku

§79 technická kvalifikace – předložen seznam významných dodávek elektrochirurgických generátorů stejného nebo podobného typu, každá v ceně min. 500 000 Kč bez DPH, realizovaných za poslední 3 roky

REACT EU – elektrochirurgické generátory

- Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 03 Hradec Králové, cena plnění: 1 159 390,- Kč bez DPH, realizováno květen 2021, dodávka elektrochirurgických generátorů ARC 350 a ARC 400
- Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, cena plnění: 2 113 115,- Kč bez DPH, realizováno říjen 2021, dodávka elektrochirurgických generátorů ARC 400

6. Odůvodnění hodnocení nabídek

HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM	váha	MGVIVA		Promedeus	
		hodnota	bodů	hodnota	bodů
Celková nabídková cena bez DPH	65	1 521 538 Kč	59,4	1 390 000 Kč	65
Režim bipolární simultánní koagulace (aktivace dvou bipolárních nástrojů současně) s nezávislým nastavením výkonů	10	NE	0	ANO	10
Výkon bipolární resekce ve fyziologickém roztoku min. 800 W	10	1600 W	10	860 W	10
U nástrojů s čipem zobrazení názvu nástroje, katalogového a sériového čísla a zbývajícího počtu použití nástroje	5	ANO	5	ANO	5
Režim monopolární simultánní koagulace silná, řezná a sprejová	5	sprejová, silná, jemná, laparoskopická, resekční (řezná), simultánní, argonová	5	sprejová, silná, jemná, laparoskopická, resekční (řezná), kardio hrudní, mamární, simultánní, gastro, argonová	5
Použití a aktivace bipolárních laparoskopických nástrojů s ruční aktivací na nástroji, min. 3 typy branží	5	ANO	5	ANO	5
CELKEM	100		84,4		100

7. Výsledek hodnocení nabídek a pořadí nabídek

Konečné pořadí nabídek:

Účastník	Nabídková cena bez DPH	Pořadí
Promedeus s.r.o.	1 390 000 Kč	1.
MGVIVA, a.s.	1 521 538 Kč	2.

Nabídková cena dodavatele Promedeus, s. r. o.:**Celková hodnota bez DPH: 1 390 000,- Kč**

hodnota přístrojů: 937 264,- Kč

hodnota spotřebního materiálu na 4 roky: 423 840,- Kč

hodnota servisu: 28 896,- Kč

Hodnotící komise jako nevhodnější nabídku určila nabídku účastníka **Promedeus s. r. o., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno, IČO: 04939948**, která je pro zadavatele ekonomicky nevhodnější, v případě, že splní veškeré podmínky zadávacího řízení.

MUDr. Václav Hándl s praxí v odbornosti chirurgie od roku 1994 a Ing. Pavel Drozd s praxí v oboru biomedicínského inženýrství od roku 1992 provedli posouzení splnění podmínek účasti, které byly uvedeny v zadávací dokumentaci. Po prostudování nabídek konstatovali, že nabídka podmínky účasti splnila.

REACT EU – elektrochirurgické generátory

Komise rovněž posoudila, zda nabídka účastníka, jehož nabídka byla určena jako nejvhodnější, neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu vzhledem k předmětu zakázky a shledala, že nabídková cena tohoto účastníka nevykazuje znaky mimořádně nízké nabídkové ceny.




8. Odchylný názor

Žádný z členů komise nezastával odchylný názor proti názoru většiny.

9. Závěrečná ustanovení

Hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku určil nabídku účastníka **Promedeus s. r.o., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno, IČO: 04939948**, která je pro zadavatele ekonomicky nejvhodnější a splňuje veškeré podmínky výběrového řízení.

10. Podpisy

Přítomní členové	podpis
Ing. Pavel Baláš	 Ing. Pavel Baláš, MBA
MUDr. Václav Hándl	 MUDr. Václav Hándl
Ing. Pavel Drozd	 Ing. Pavel Drozd

REACT EU – elektrochirurgické generátory

Příloha: Jednací řád hodnotící komise

1. Úvod

Jednací řád pro posouzení a hodnocení nabídek tvoří základní organizační a procesní normu pro činnost hodnotící komise (dále jen komise).

2. Podjatost členů komise

Členové komise jsou povinni před zahájením vlastního posouzení a hodnocení nabídek stvrdit, že nejsou ve střetu zájmů ve smyslu § 44 Zákona. Dále potvrzují svoji nepodjatost čestným prohlášením. Pokud některému z členů/náhradníků komise vznikne důvod k podjatosti, neprodleně to oznámí zadavateli a od tohoto okamžiku se nesmí, až do rozhodnutí zadavatele, účastnit jednání komise.

3. Schopnost komise jednat a usnášet se

Komise je schopná jednat a usnášet se a činit závěry v případě, že jsou na jednání komise přítomny nejméně 2/3 členů komise a náhradníků. Pokud je členů komise a náhradníků méně, není komise usnášení schopná a nesmí činit žádné závěry vedoucí k dokončení posouzení a hodnocení nabídek.

4. Předseda komise

Komise zvolí na počátku jednání předsedu komise. Předseda pak řídí jednání komise a v případě potřeby svolává další jednání komise. V případě jeho nepřítomnosti řídí jednání jiný člen komise nebo její náhradník.

5. Rozhodování komise

Komise v procedurálních, organizačních a obsahových otázkách rozhoduje většinou hlasů přítomných členů a náhradníků.

6. Mlčenlivost

Všichni členové komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti se svou účastí v komisi.

7. Protokoly o jednání komise

Z každého jednání komise bude pořízen protokol o jednání, a podepsán přítomnými členy komise a náhradníky. Každý přítomný účastník jednání komise má právo svoje odlišné stanovisko vyjádřit v tomto zápise.