

Veřejná zakázka
REACT EU – elektrochirurgické generátory

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Zákon“)

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK.

druh zadávacího řízení	nadlimitní veřejná zakázka
druh zakázky	veřejná zakázka na dodávky
Celková předpokládaná hodnota bez DPH, z toho:	1 500 000 Kč
hodnota dodávky:	995 000 Kč
hodnota spotřebního materiálu:	475 000 Kč
hodnota servisu:	30 000 Kč
adresa veřejné zakázky na profilu Zadavatele	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_31024.html
datum zahájení řízení	19. 5. 2023

Identifikační údaje Zadavatele

Název Zadavatele:	Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
Sídlo Zadavatele:	Široká 390/16, 664 91 Ivančice
Statutární zástupce:	Ing. Jaromír Hruběš, ředitel
IČ Zadavatele:	00225827
Adresa profilu Zadavatele:	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_112.html

Veřejná zakázka
REACT EU – elektrochirurgické generátory

Výsledek rozhodnutí Zadavatele

Zadavatel

r o z h o d l

o výběru nejvhodnější nabídky takto:

Identifikační údaje dodavatele, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější

Pořadové číslo	Identifikační údaje účastníka	IČO	Datum podání nabídky	Čas podání nabídky
1	Promedeus s. r. o.	04939948	19. 7. 2023	13:37:59

Odůvodnění:

Účastník zadávacího řízení v předložené nabídce prokázal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek dle § 114 zákona. Zadavatel ekonomickou výhodnost nabídek hodnotil na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality. Dílčí kritéria a váhy byla stanovana následovně:

Celková nabídková cena bez DPH - váha 65 bodů

Režim bipolární simultánní koagulace (aktivace dvou bipolárních nástrojů současně) s nezávislým nastavením výkonů – váha 10 bodů

hodnocení:

nabízené řešení neobsahuje režim bipolární simultánní koagulace (aktivace dvou bipolárních nástrojů současně) s nezávislým nastavením výkonů – 0 bodů,

nabízené řešení neobsahuje režim bipolární simultánní koagulace (aktivace dvou bipolárních nástrojů současně) s nezávislým nastavením výkonů – 10 bodů)

Výkon bipolární resekce ve fyziologickém roztoku min. 800 W – váha 10 bodů

hodnocení:

nabízené řešení neumožňuje použít výkon bipolární resekce ve fyziologickém roztoku min. 800 W – 0 bodů, nabízené řešení umožňuje použít výkon bipolární resekce ve fyziologickém roztoku min. 800 W – 10 bodů)

U nástrojů s čipem zobrazení názvu nástroje, katalogového a sériového čísla a zbývajících počtu použití nástroje – váha 5 bodů

hodnocení:

nabízené řešení nezobrazuje u nástrojů s čipem název nástroje, katalogové a sériové číslo a zbývajících počet použití nástroje – 0 bodů,

nabízené řešení zobrazuje u nástrojů s čipem název nástroje, katalogové a sériové číslo a zbývajících počet použití nástroje – 5 bodů)

Režim monopolární simultánní koagulace silná, řezná a sprejová – váha 5 bodů

hodnocení:

nabízené řešení neobsahuje režim monopolární simultánní koagulace silná, řezná a sprejová – 0 bodů,

nabízené řešení obsahuje monopolární simultánní koagulace silná, řezná a sprejová – 5 bodů)

Použití a aktivace bipolárních laparoskopických nástrojů s ruční aktivací na nástroji, min. 3 typy branží – váha 5 bodů

REACT EU – elektrochirurgické generátory

hodnocení:

nabízené řešení neumožňuje použití a aktivaci bipolárních laparoskopických nástrojů s ruční aktivací na nástroji, min. 3 typy branží – 0 bodů,
nabízené řešení umožňuje použití a aktivaci bipolárních laparoskopických nástrojů s ruční aktivací na nástroji, min. 3 typy branží – 5 bodů).

Celková nabídková cena je cena v Kč bez DPH uvedená v nabídkovém rozpočtu. V rámci dílčího hodnotícího kritéria „nabídková cena“ získá nabídka s nejnižší nabídkovou cenou (v Kč bez DPH) 65 bodů a každá další hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem váhy a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Vzorec: [bodová hodnota] = [nejnižší nabídková cena] / [nabídková cena hodnocené nabídky] * váha

Na základě součtu výsledných hodnot je stanovené pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejvhodnější je posouzena nabídka s nejvyšší dosaženou hodnotou.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM	váha	MGVIVA		Promedeus	
		hodnota	bodů	hodnota	bodů
Celková nabídková cena bez DPH	65 bodů	1 521 538 Kč	59,4 bodů	1 390 000 Kč	65,0 bodů
Režim bipolární simultánní koagulace (aktivace dvou bipolárních nástrojů současně) s nezávislým nastavením výkonů	10 bodů	NE	0,0 bodů	ANO	10,0 bodů
Výkon bipolární resekce ve fyziologickém roztoku min. 800 W	10 bodů	1600 W	10,0 bodů	860 W	10,0 bodů
U nástrojů s čipem zobrazení názvu nástroje, katalogového a sériového čísla a zbývajících počtu použití nástroje	5 bodů	ANO	5,0 bodů	ANO	5,0 bodů
Režim monopolární simultánní koagulace silná, řezná a sprejová	5 bodů	sprejová, silná, jemná, laparoskopická, resekční (řezná), simultánní, argonová	5,0 bodů	sprejová, silná, jemná, laparoskopická, resekční (řezná), kardio hrudní, kardio mamární, simultánní, gastro, argonová	5,0 bodů
Použití a aktivace bipolárních laparoskopických nástrojů s ruční aktivací na nástroji, min. 3 typy branží	5 bodů	ANO	5,0 bodů	ANO	5,0 bodů
CELKEM	100 bodů		84,4 bodů		100,0 bodů

Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci:

§75 základní způsobilost – předložen Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

§77 profesní způsobilost - předložen Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Výpis z Obchodního rejstříku, Výpis z Živnostenského rejstříku

§79 technická kvalifikace – předložen seznam významných dodávek

- Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 03 Hradec Králové, cena plnění: 1 159 390,- Kč bez DPH, realizováno květen 2021, dodávka elektrochirurgických generátorů ARC 350 a ARC 400

- ## Discussion