

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

„REACT EU – aktivní antidekubitní systém pro vysoké riziko“



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Zadavatel obdržel 11.8.2023 prostřednictvím profilu zadavatele písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace jednoho z uchazečů.

Zadavatel poskytuje dle §98 odst. 3. zákona toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

„Zadavatel v bodě č. 3 požaduje dynamický režim 1 ze 3 nebo 1 ze 4, myslí tím zadavatel volbu 3 nebo 4 dynamických režimů, a nebo dynamický režim 1 ze 3 nebo 1 ze 4 volitelných režimů?“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel sděluje, že dynamickým režimem 1 ze 3 nebo 1 ze 4 myslí systém změny nafouknutí jednotlivých válců (cel) v režimu 1 ze 3 nebo 1 ze 4.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

„Zadavatel v bodě č. 7 požaduje návrat z maximálního nafouknutí přístroje do původního režimu po 15 minutách. Umožní zadavatel tento časový limit cca 20 minut. Režim maximálního tlaku matrace se převážně používá pro polohování a hygienu pacienta a tento úkon většinou netrvá 15 minut, proto je vždy lepší mít delší časový limit.“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel sděluje, že připouští nabízené řešení.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel v bodě č. 9 požaduje minimální výšku matrace 180 mm. Umožní zadavatel nabídnout matraci o výšce 150 mm, která se přímo umísťuje na rošt matrace? Nižší výška matrace zajišťuje lepší ochranu pacienta v závislosti na výšce postranic.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel sděluje, že nepřipouští nabízené řešení a trváme na původní specifikaci.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel v bodě č. 13 požaduje minimální množství vzduchových cel 27. Umožní zadavatel alternativní řešení s menším množstvím cel, přičemž terapeutické vlastnosti matrací jsou plně zachovány. Systém automaticky vyhodnocuje polohu a hmotnost pacienta.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel sděluje, že nepřipouští nabízené řešení a trváme na původní specifikaci.

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 1 poskytuje upravený dokument Specifikace předmětu plnění. Účastníci použijí tento upravený dokument při zpracování svých nabídek.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 18.9. 2023 do 10:00 hodin**

Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění

V Ivančicích

Ing. Pavel Baláš
Náměstek ředitele pro HTS
Zástupce zadavatele