

VYŘIZUJE: Mgr. Lenka Kaňová Glajchová, MBA
TEL./FAX: 515 215 612
E-MAIL: lenka.kanova@nemzn.cz

Ve Znojmě dne 14. 8. 2023

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, IČO: 00209805, jakožto zadavatel veřejné zakázky „**Operační světla pro operační sály NZ**“ (dále jen „veřejná zakázka“) tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v návaznosti na dotaz dodavatele vysvětluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce dle níže uvedeného.

Dotaz dodavatele č. 3

1/ Bude zadavatel akceptovat barevnou teplotu 4500 K?

2/ Bude zadavatel akceptovat hloubku osvětlení při 20 % 130-143 cm a při 60 % 118-125 cm?

3/ Mohl by zadavatel vyjasnit požadavek "Minimální teplotní záření, vždy méně než 36°"? Jedná se o teplotu v okolí hlavy chirurga?

Vysvětlení zadavatele

Ad 1.

Požadavek navýšení o 200 K změní požadovanou barevnou teplotu podstatně. Zadavatel požaduje maximální barevnou teplotu 4300 K.

Zadavatel trvá na technických požadavcích uvedených ve specifikaci.

Ad 2.

Zadavatel požaduje hloubku osvětlení L1 + L2 190 cm, při 20 % toto není v tomto případě naplněno. Nabízená hodnota je o 40% nižší a považujeme to za značný rozdíl. Zadavatel navrhouvanou hloubku osvětlení neakceptuje.

Zadavatel trvá na technických požadavcích uvedených ve specifikaci.

Ad 3.

Jedná se o teplotu měřenou na kopuli svítidla, která v žádném bodě nepřekročí 36°. Zadavatel požaduje doložení splnění tohoto požadavku v návodu k obsluze nebo v technickém listu.

MUDr. Martin Pavlík, Ph. D., EDIC, DESA
ředitel
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace