

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

„REACT EU – systémy pro ohřev pacienta“



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Zadavatel obdržel 18.8.2023 prostřednictvím profilu zadavatele písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace jednoho z uchazečů.

Zadavatel poskytuje dle §98 odst. 3. zákona toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

„Rozsah ohřevu min. od 31 °C do 39 °C. Různí výrobci nabízejí mírně odlišné parametry při zachování stejného medicínského účelu a použití. V tabulce specifikace je požadován rozsah ohřevu od 31 °C, což je teplota, která se v rámci ohřevu pacienta nepoužívá (taková teplota je dokonce nižší než v opačném případě, kdy je pacienta nutno chladit).

Dotaz č.1: Bude zadavatel akceptovat nabídku systému pro ohřev pacienta s rozsahem ohřevu od 33 °C do 39 °C.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel sděluje, že připouští nabízené řešení.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Hmotnost ovládací jednotky max. 3 kg. V současné době existují různé konstrukce systémů ohřevu pacienta, přičemž hmotnost není rozhodující faktor pro manipulaci se zařízením, např. za předpokladu ergonomického úchopu a také s ohledem na to, že ovládací jednotka je takřka stále umístěna na stojan/lištu.

Dotaz č. 2: Bude zadavatel akceptovat nabídku systému pro ohřev pacienta s ovládací jednotkou o hmotnosti cca 5 kg, která je vybavena mandlem pro snadnou manipulaci?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel sděluje, že připouští nabízené řešení.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Rozměr vyhřívací podložky cca 500 x 800 x 30 mm (pro operační sály)

Dotaz č. 3: Bude zadavatel akceptovat nabídku systému pro ohřev pacienta s vyhřívací podložkou o délce 1070 mm, což je rozměr, který se osvědčil na mnoha operačních sálech v ČR?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel sděluje, že nepřipouští nabízené řešení.

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 1 poskytuje upravený dokument Specifikace předmětu plnění. Účastníci použijí tento upravený dokument při zpracování svých nabídek.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 26.9. 2023 do 10:00 hodin**

Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění

V Ivančicích

Ing. Pavel Baláš
Náměstek ředitele pro HTS
Zástupce zadavatele