

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na dodávku zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

„REACT EU – systémy pro ohřev pacienta“



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Zadavatel obdržel 29.8.2023 prostřednictvím profilu zadavatele písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace jednoho z uchazečů.

Zadavatel poskytuje dle §98 odst. 3. zákona toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

„Požadujete rozsah nastavení teploty alespoň 33 - 39 °C. Dle doporučení odborných společností jsou rozsahy teplot pro přikrývku a matraci rozdílné - pro matraci 35 °C až 40 °C, pro přikrývku 37 °C až 43 °C. Budete akceptovat rozsah nastavení teploty 35 °C až 39 °C?“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel sděluje, že nepřipouští nabízené řešení.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Požadujete dodávku dvou systémů pro ohřev pacienta = 1 x řídicí jednotka + 1 krátká matrace cca 50 x 80 cm a 1 x řídicí jednotka + 1 x dlouhá matrace cca 50 x 120 cm. Uvádíte předpokládanou hodnotu celé zakázky 92 000 Kč. Je tato cena uvedena správně? Není myšleno 92 000 Kč za jeden systém?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel sděluje, že předpokládaná hodnota je uvedena správně, tj. za 2 řídicí jednotky a 2 matrace různých rozměrů.

V Ivančicích

Ing. Pavel Baláš - Náměstek ředitele pro HTS
Zástupce zadavatele