

NEMOCNICE TGM HODONÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1

V rámci nadlimitní veřejné zakázky
na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů s názvem:

„Nemocnice TGM Hodonín – Analyzátor mikrobiologický BlueDiver a Analyzátor krevních plynů“

část 2: Analyzátor krevních plynů

Dotaz č. 1:

Vážení, tímto Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k VZ s názvem "Nemocnice TGM Hodonín – Analyzátor mikrobiologický BlueDiver a Analyzátor krevních plynů" - část 2 - Analyzátor krevních plynů.

V příloze č. 4 b zadávací dokumentace (Technické podmínky - Technická specifikace POCT krevního analyzátoru) je uveden následující požadavek: Krevní analyzátor ke stanovení biochemických, koagulačních a hematologických testů, testů krevních plynů a srdečních markerů (bez variantního řešení) Může zadavatel koagulační test nějak konkrétněji specifikovat?

Odpověď na dotaz č.1:

Zadavatel tímto specifikuje jednotlivé koagulační testy a požaduje ACT a PT/INR

Zástupce zadavatele dle §43 ZZVZ