



Příloha č. 3 – Technická specifikace

Elektrokoagulační jednotka

Podrobná specifikace přístroje:

- Víceúčelový elektrokoagulační přístroj založený na využití vysokofrekvenčního proudu
- Pro ambulantní použití na urologii a chirurgii
- Využití pro čistý řez, jemnou koagulaci a bipolární koagulaci
- Výstupní výkon min 80 W
- Samostatné ovládání monopolárního a bipolárního výstupu
- Součástí dvojitý nožní spínač

Příslušenství:

- Neutrální elektroda pryžová
- Držák elektrod, sterilizovatelný
- Elektroda nožová 25 mm, monopolární
- Elektroda kuličková 4 mm, monopolární
- 3 ks Elektroda hrot 1,8 mm, monopolární
- Bipolární kabel, bipolární pinzeta s hrotem 1 mm

Ostatní:

- Dodání a instalace na adrese Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče,
- Zaškolení personálu a předání návodu v českém jazyce.

V Hustopečích

Ing. Petr Baťka

Ředitel

Nemocnice Hustopeče, p.o.