

NAŠE ZN.: 1/2023/NŠ
VYŘIZUJE: Nikola Šedivá
TEL.: 518 601 238
E-MAIL: sediva.nikola@nemkyj.cz
DATUM: 06.09.2023

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Veřejná zakázka č. 1/2023/NŠ Narkotizační přístroj

Na základě dotazu dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace k výše uveřejněné veřejné zakázce obdobně s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

I. Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Znění dotazu č. 1:

„Zadavatel ve veřejné zakázce: Narkotizační přístroj uvádí v technické specifikaci: možnost měření relaxace přenositelným modulem elektromyografickou metodou s standardizovanými způsoby měření FOF, DBS a TC s automatickou detekcí supramaximálního proudu. Funkčnost metody pro využití regionálního bloku. Bude zadavatel požadovat, aby tato položka byla součástí nabídky nebo jen možnost budoucího nabídky?“

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje nabídnout přístroj, který bude softwarově vybaven tak, aby při budoucím doplnění modulu byl tento parametr použitelný.

Zadavatel posoudil poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a s ohledem na jeho charakter, rozhodl lhůtu pro podání nabídek neprodlužovat.

Datum: 06.09.2023

Za zadavatele:
Mgr. Petra Böhmová, LL.B.
obchodní náměstek