

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

podle ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále rovněž jen „zákon“ či „zákon o zadávání veřejných zakázek“)

1. Název zakázky

„REACT EU 98 - Nemocnice TGM Hodonín – Krevní analyzátoři – opakované vyhlášení“

2. Označení zadavatele

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín

IČO: 00226637

3. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks krevních analyzátorů (Analyzátor č. 1 – hlavní a Analyzátor č. 2 – záložní) včetně middleware SW a dále dodávky reagensů a kontrolního materiálu pro krevní analyzátoři po dobu 8 let od nabytí účinnosti smlouvy a zajištění pozáručního servisu dodaného přístrojového vybavení (2 ks krevních analyzátorů včetně middleware SW) po dobu 6 let od uplynutí záruční doby, a to pro oddělení hematologie a transfúzní služby Nemocnice TGM Hodonín, příspěvkovou organizaci dle podrobné specifikace předmětu plnění obsažené v příloze č. 4 ZD – Technická specifikace a za podmínek stanovených v dalších přílohách této zadávací dokumentace, zejména v příloze č. 5 ZD – Obchodní podmínky – návrh Kupní smlouvy a přílohy č. 6 ZD – Obchodní podmínky – návrh Servisní smlouvy.

Předmětem zakázky je rovněž:

- doprava a instalace v místě plnění
- pojištění spojené s dodávkou zboží
- zaškolení pracovníků zadavatele
- poskytování záručního servisu
- likvidace obalů a odpadu v souladu s ustanoveními příslušné legislativy upravující nakládání s odpady

4. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku

Cena sjednaná v kupní smlouvě činí:

Cena za dodávku přístrojů činí **2.143.947,- Kč bez DPH,**

Jednotková cena za spotřební materiál činí:

- Cellclean (50 mL) – 1.620,- Kč bez DPH
- Sulfolyser (3x500 mL) – 5.080,- Kč bez DPH
- Sulfolyser (5 L) – 5.658,- Kč bez DPH
- Cellpack DCL (20 L) – 1.937,- Kč bez DPH
- Fluorocell WNR (2x82 mL) – 4.258,- Kč bez DPH
- Lysercell WNR (5 L) – 990,- Kč bez DPH
- Fluorocell WDF (2 x 22 mL) – 9.421,- Kč bez DPH
- Fluorocell WDF (2 x 42 mL) – 17.941,- Kč bez DPH
- Lysercell WDF (2 L) – 2.043,- Kč bez DPH
- Lysercell WDF (5 L) – 4.665,- Kč bez DPH
- Cellpack DFL (2 x 1,5 L) – 4.636,- Kč bez DPH
- Fluorocell RET (2 x 12 mL) – 11.991,- Kč bez DPH
- XN Check Level 1 (3 mL) – 1.350,- Kč bez DPH
- XN Check Level 2 (3 mL) – 1.350,- Kč bez DPH
- XN Check Level 3 (3 mL) – 1.350,- Kč bez DPH.

Cena sjednaná v servisní smlouvě činí:

- Cena za pravidelné povinné roční prohlídky (pozáruční servis 2 ks zařízení/rok) činí 179.987,- Kč bez DPH
- Cena dopravy (1 cesta tam a zpět) činí 3.150,- Kč bez DPH
- Cena servisní hodiny technika činí 1.950,- Kč bez DPH.

5. Použitý druh zadávacího řízení

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení.

6. Označení účastníků zadávacího řízení

Zadavatel přijal ve lhůtě pro podání nabídek **2 nabídky**:

Pořadové číslo nabídky:	1.
Datum a čas podání nabídky:	26. 6. 2023 v 12:58:18, elektronicky prostřednictvím EZAK
Účastník:	PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Sídlo:	Juárezova 1071/17, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČO:	25099019



Pořizovací cena zařízení v Kč bez DPH uvedená v příloze č. 7 ZD - Rekapitulace nabídkové ceny:	2.143.947,00
Celková nabídková cena za reagenty a kontrolní materiál v Kč bez DPH uvedená v příloze č. 7 ZD – Rekapitulace nabídkové ceny:	6.882.392,00
Náklady za pozáruční servis zařízení v Kč bez DPH uvedené v příloze č. 7 ZD – Rekapitulace nabídkové ceny:	1.133.922,00

Pořadové číslo nabídky:	2.
Datum a čas podání nabídky:	3. 7. 2023 v 09:46:45, elektronicky prostřednictvím EZAK
Účastník:	MEDESA s.r.o.
Sídlo:	Na Vyšehradě 1092, Horní Předměstí, 572 01 Polička
IČO:	64254577
Pořizovací cena zařízení v Kč bez DPH uvedená v příloze č. 7 ZD - Rekapitulace nabídkové ceny:	698.000,00
Celková nabídková cena za reagenty a kontrolní materiál v Kč bez DPH uvedená v příloze č. 7 ZD	3.780.324,00

– Rekapitulace nabídkové ceny:	
Náklady za pozáruční servis zařízení v Kč bez DPH uvedené v příloze č. 7 ZD – Rekapitulace nabídkové ceny:	526.266,00

7. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodů jejich vyloučení

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.

8. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva

Smlouva na veřejnou zakázku byla uzavřena s dodavatelem PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s., se sídlem Juárezova 1071/14, 160 00 Bubeneč – Praha 6, IČO: 25099019.

9. Odůvodnění výběru dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva

Podané nabídky byly hodnoceny v souladu s § 114 zákona podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena na základě nejvýhodnějšího poměru nákladů životního cyklu a kvality, a to dle níže uvedených kritérií, přičemž jednotlivá kritéria byla posuzována s následujícími váhami:

Číslo kritéria hodnocení	Dílčí hodnotící kritérium	Váha kritéria
1.	Požizovací cena zařízení	30 %
2.	Celková nabídková cena za reagencie a kontrolní materiál	20 %
3.	Náklady na pozáruční servis	10 %
2.	Funkční vlastnosti zařízení nad rámec minimálních povinných parametrů	40 %

Kritérium č. 1 – Pořizovací cena zařízení

Hodnocena byla celková pořizovací cena zařízení (2 ks krevních analyzátorů včetně middleware SW) v Kč bez DPH uvedená v příloze č. 7 ZD - Rekapitulace nabídkové ceny na Listu č. 1 – Nabídková cena v buňce „D26“. Nejvýhodnější nabídkou v rámci tohoto dílčího

kritéria byla nabídka s nejnižší celkovou pořizovací cenou zařízení v Kč bez DPH ze všech podaných nabídek. Celková pořizovací cena zařízení představuje součet pořizovací ceny obou krevních analyzátorů včetně middleware SW a dalších souvisejících plnění (instalace, montáž, proškolení apod.).

Vyhodnocení kritéria č. 1:

Číslo nabídky	Hodnocený účastník	Pořizovací cena zařízení v Kč bez DPH	Bodová hodnota nabídky	Vážená bodová hodnota nabídky
1	PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.	2.143.947,-	32,56	9,77
2	MEDESA s.r.o.	698.000,-	100,00	30,00

Kritérium č. 2 – Celková nabídková cena za reagentie a kontrolní materiál

Hodnocena byla celková nabídková cena za reagentie a kontrolní materiál v Kč bez DPH uvedená v příloze č. 7 ZD - Rekapitulace nabídkové ceny na Listu č. 3 – Reagentie a kontrolní materiály v buňce „L38“. Nejvýhodnější nabídkou v rámci tohoto dílčího kritéria byla nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou za reagentie a kontrolní materiál v Kč bez DPH ze všech podaných nabídek. Celková nabídková cena za reagentie a kontrolní materiál představuje celkovou cenu za předpokládaný odběr reagentií a kontrolního materiálu pro vyšetření realizovaná na obou krevních analyzátoch, které jsou předmětem dodání v rámci této veřejné zakázky, za dobu 8 let ode dne účinnosti kupní smlouvy.

Vyhodnocení kritéria č. 2:

Číslo nabídky	Hodnocený účastník	Celková nabídková cena za reagentie a kontrolní materiál v Kč bez DPH	Bodová hodnota nabídky	Vážená bodová hodnota nabídky
1	PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.	6.882.392,00	54,93	10,99
2	MEDESA s.r.o.	3.780.324,00	100,00	20,00

Kritérium č. 3 – Náklady na pozáruční servis

Hodnoceny byly celkové náklady na pozáruční servis v Kč bez DPH uvedené v příloze č. 7 ZD - Rekapitulace nabídkové ceny na Listu č. 1 – Nabídková cena v buňce „D27“. Nejvýhodnější nabídkou v rámci tohoto dílčího kritéria je nabídka s nejnižšími celkovými náklady na pozáruční servis v Kč bez DPH ze všech podaných nabídek. Celkové náklady na pozáruční servis představují souhrn celkové ceny pozáručního servisu pro 2 ks krevního analyzátoru v rozsahu povinných prohlídek a celkové ceny předpokládaného dalšího pozáručního servisu nad rámec povinných prohlídek sestávající z ceny dopravy a ceny servisní hodiny realizovaného na obou krevních analyzátorech, které jsou předmětem dodání v rámci této veřejné zakázky, za dobu 6 let od uplynutí záruční doby.

Vyhodnocení kritéria č. 3:

Číslo nabídky	Hodnocený účastník	Náklady na pozáruční servis v Kč bez DPH	Bodová hodnota nabídky	Vážená bodová hodnota nabídky
1	PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.	1.133.922,00	46,41	4,64
2	MEDESA s.r.o.	526.266,00	100,00	10,00

Kritéria č. 4 - Funkční vlastnosti zařízení nad rámec minimálních povinných parametrů

Hodnoceny byly vybrané parametry přístrojů a souvisejícího plnění dle přílohy č. 4 ZD – Technická specifikace, které byly uvedeny v části „Volitelné, zvýhodňující vlastnosti/parametry – 4. hodnotící kritérium“. U každého hodnoceného parametru dodavatel ve sloupci „Splňuje ANO/NE“ uvedl, zda jím nabízené přístroje nebo související plnění splňuje tyto zvýhodňující vlastnosti/parametry (dodavatel uvede „ANO“, pokud nabídka účastníka zvýhodňující parametr/vlastnost splňuje, „NE“, pokud nabídka účastníka zvýhodňující parametr/vlastnost nespĺňuje).

Za splnění každé zvýhodňující vlastnosti/parametru s uvedením „ANO“ obdržela nabídka účastníka příslušný počet bodu, který je stanovený v následující tabulce „Tabulka bodů za naplnění volitelných, zvýhodňujících vlastností/parametrů nabízeného přístroje“. Počet bodů přidělených nabídce účastníka za naplnění jednotlivých volitelných, zvýhodňujících vlastností/parametrů bude následně sečten. Nejvýhodnější nabídkou v rámci tohoto hodnotícího kritéria bude nabídka účastníka, která obdrží nejvíce bodů v součtu za všechny volitelné, zvýhodňující vlastnosti/parametry.

Tabulka bodů za naplnění volitelných, zvýhodňujících vlastností/parametrů:

Číslo	Volitelné, zvýhodňující vlastnosti/parametry	Počet bodů
1.	Automatický skrytí citlivých osobních dat pro servisní organizaci. Realizace vzdálené správy analyzátoru šifrovaným spojením bez účasti třetích stran.	20
2.	Kvantitativní diferenciací nezralých frakcí leukocytů a jejich odlišení od nezralých forem lymfocytů, s odlišením reaktivních a nereaktivních změn, s cílem rychlejší suspekce na hematologické onemocnění a včasné detekce aktivace buněk imunitního systému (např. při počínající sepsi), pro všechny vydávané parametry certifikovaná kontrola kvality u hlavního analyzátoru č. 1.	20
3.	Automatické řešení interferencí ovlivňujících vyšetření červené řady chladovými protilátkami přesnější metodou, která vzorek automaticky inkubuje při vyšší teplotě a odstraní chladové protilátky u hlavního analyzátoru č. 1.	30
4.	Automatické odlišení reaktivní monocytózy od chronické myelomonocytární leukémie s monocytózou u hlavního analyzátoru č. 1.	20
5.	Automatické stahování hodnot a rozmezí pro kontrolu kvality po vložení kontrolního vzorku do analyzátoru a načtení čárového kódu prostřednictvím vzdálené servisní správy pro hlavní analyzátor č.1 a záložní analyzátor č.2 - všechny parametry pro kontrolu kvality stanovovány pouze z jedné zkumavky.	10

Vyhodnocení kritéria č. 4:

Počet bodů přidělených nabídce č. 1 – PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.:

Číslo	Volitelné, zvýhodňující vlastnosti/parametry	Počet bodů
1.	Automatický skrytí citlivých osobních dat pro servisní organizaci. Realizace vzdálené správy analyzátoru šifrovaným spojením bez účasti třetích stran.	20
2.	Kvantitativní diferenciací nezralých frakcí leukocytů a jejich odlišení od nezralých forem lymfocytů, s odlišením reaktivních a nereaktivních změn, s cílem rychlejší suspekce na	20

	hematoonkologické onemocnění a včasné detekce aktivace buněk imunitního systému (např. při počínající sepsi), pro všechny vydávané parametry certifikovaná kontrola kvality u hlavního analyzátoru č. 1.	
3.	Automatické řešení interferencí ovlivňujících vyšetření červené řady chladovými protilátkami přesnější metodou, která vzorek automaticky inkubuje při vyšší teplotě a odstraní chladové protilátky u hlavního analyzátoru č. 1.	30
4.	Automatické odlišení reaktivní monocytózy od chronické myelomonocytární leukémie s monocytózou u hlavního analyzátoru č. 1.	20
5.	Automatické stahování hodnot a rozmezí pro kontrolu kvality po vložení kontrolního vzorku do analyzátoru a načtení čárového kódu prostřednictvím vzdálené servisní správy pro hlavní analyzátor č.1 a záložní analyzátor č.2 - všechny parametry pro kontrolu kvality stanovovány pouze z jedné zkumavky.	10
Počet bodů celkem		100

Počet bodů přidělených nabídce č. 2 – MEDESA s.r.o.:

Číslo	Volitelné, zvýhodňující vlastnosti/parametry	Počet bodů
1.	Automatický skrytí citlivých osobních dat pro servisní organizaci. Realizace vzdálené správy analyzátoru šifrovaným spojením bez účasti třetích stran.	0
2.	Kvantitativní diferenciací nezralých frakcí leukocytů a jejich odlišení od nezralých forem lymfocytů, s odlišením reaktivních a nereaktivních změn, s cílem rychlejší suspekce na hematoonkologické onemocnění a včasné detekce aktivace buněk imunitního systému (např. při počínající sepsi), pro všechny vydávané parametry certifikovaná kontrola kvality u hlavního analyzátoru č. 1.	0
3.	Automatické řešení interferencí ovlivňujících vyšetření červené řady chladovými protilátkami přesnější metodou, která vzorek automaticky	0

	inkubuje při vyšší teplotě a odstraní chladové protilátky u hlavního analyzátoru č. 1.	
4.	Automatické odlišení reaktivní monocytózy od chronické myelomonocytární leukémie s monocytózou u hlavního analyzátoru č. 1.	0
5.	Automatické stahování hodnot a rozmezí pro kontrolu kvality po vložení kontrolního vzorku do analyzátoru a načtení čárového kódu prostřednictvím vzdálené servisní správy pro hlavní analyzátor č.1 a záložní analyzátor č.2 - všechny parametry pro kontrolu kvality stanovovány pouze z jedné zkumavky.	0
Počet bodů celkem		0

Číslo nabídky	Hodnocený účastník	Počet bodů za naplnění volitelných parametrů	Bodová hodnota nabídky	Vážená bodová hodnota nabídky
1	PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.	100	100,00	40,00
2	MEDESA s.r.o.	0	0,00	0,00

Na základě výše uvedených kritérií bylo stanoveno následující pořadí jednotlivých nabídek (výsledek hodnocení nabídek):

Číslo nabídky	Hodnocený účastník	Počet bodů za kritérium 1	Počet bodů za kritérium 2	Počet bodů za kritérium 3	Počet bodů za kritérium 4	Součet	Konečné pořadí
1	PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.	9,77	10,99	4,64	40,00	65,40	1.
2	MEDESA s.r.o.	30,00	20,00	10,00	0,00	60,00	2.

Nejvýhodnější nabídkou dle shora uvedených kritérií je nabídka účastníka PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s., se sídlem Juárezova 1071/14, 160 00 Bubeneč – Praha 6, IČO: 25099019.

10. Označení poddodavatelů dodavatelů, pokud jsou zadavateli známi

SYSMEX CZ s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábřovice, IČO: 27752356 (zajištění servisních služeb v objemu 8% podílu na plnění veřejné zakázky).

11. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Nebylo použito.

12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomu došlo

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity

Při podání nabídek byly použity elektronické prostředky.

14. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn

Střet zájmů nebyl v rámci zadávacího řízení zjištěn.

15. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní zakázky na části

Rozdělení veřejné zakázky na části nebylo vhodné z technických důvodů, kdy plnění pořizované v rámci této veřejné zakázky tvoří jeden funkční celek (hlavní a záložní analyzátor) ani z provozně-ekonomických důvodů, kdy v případě rozdělení zakázky na menší části by neúměrně vzrostla administrativní náročnost a nároky na organizaci a koordinaci plnění na straně zadavatele.

16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona

Zadavatel nepostupoval v rámci zadávacího řízení podle § 78 odst. 3 zákona.



NEMOCNICE TGM HODONÍN
Vaše nemocnice



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Pozn.: Oznámení o výsledku zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2023-023146.