

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Rozvoj infektologického pracoviště Nemocnice Kyjov – IV. etapa, lůžka
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo:	Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
IČO:	002 26 912
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení:	Otevřené nadlimitní řízení

Na základě obdržené žádosti či žádostí poskytuje zadavatel níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Žádám o doplnění technické specifikace a popisu elektrického sprchovacího lůžka. Popis na jeden řádek uvedený v „SVAZEK 3 příloha č. 1 - Technická specifikace“ je nedostatečný.

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel upřesňuje specifikaci sprchovacího lůžka následovně:

- el. nastavení výšky
- sklopné bezpečnostní postranice
- integrované ovládací panely
- brzdy na všech čtyřech kolečkách
- nastavitelná zádová opěrka
- hlavový polštář
- integrované držáky rukojetě sprchy
- odnímatelná matrace

Příslušenství:

- vypouštěcí hadice
- nabíječka baterie a baterie

Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení předkládá novou, upravenou a pro zpracování nabídek závaznou technickou specifikaci (SVAZEK 3 příloha č. 1 - Technická specifikace), ve které provedl úpravy ve smyslu odpovědi výše.

INFORMACE

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o 5 kalendářních dnů. Zadavatel na základě výše uvedeného rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Bod IV.2.2) nově Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 25. 09. 2023 Čas: 10:00 hodin

Bod IV.2.7) nově Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 25. 09. 2023 Čas: 10:10 hodin

Opravné oznámení bude rovněž zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku EU (TED).

Přílohy:

SVAZEK 3 příloha č. 1 - Technická specifikace _vys1