



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2 zakázky

### „Stavební úpravy ARO Nemocnice Kyjov – zdravotnická technika – systém ohřevu krve a pacienta“

Identifikační údaje zadavatele:

Název:	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo:	Strážovská 1247, 697 33 Kyjov
IČO:	00226912
Zastoupený:	MUDr. Jiřím Vyhnalem, ředitelem
dále jen „zadavatel“)	

Zadavatel je na základě ustanovení § 43 ZZVZ zastoupen ve výběrovém řízení na základě příkazní smlouvy zástupcem

Zástupce:	<b>BVA konzult, s.r.o.</b>
Sídlo:	Jana Uhra 179/25, Veveří, 602 00 Brno
IČO:	415 39 656
Registrace:	OR u KS v Brně spisová značka C 112990
Kontaktní osoba:	Mgr. Veronika Svobodová, email: <a href="mailto:zakazky@bva-konzult.cz">zakazky@bva-konzult.cz</a>

## **DOTAZY K DÍLČÍ ČÁSTI Č. 2: Systém ohřevu pacienta**

### **Dotaz č. 1, Dílčí plnění č. 2: Systém ohřevu pacienta**

V Technické specifikaci je uveden požadavek "nastavení teploty 32 - 38°C po 1°C krocích". Bude zadavatel akceptovat nastavení teploty 35 – 39°C po 0,5°C krocích?

### **Odpověď č. 1, Dílčí plnění č. 2: Systém ohřevu pacienta**

Ano

### **Dotaz č. 2, Dílčí plnění č. 2: Systém ohřevu pacienta**

V Technické specifikaci je uveden požadavek "vyhřívaná podložka, rozměry 1200/500 mm". Bude zadavatel akceptovat rozměr výhřevné podložky 1200/700mm?

### **Odpověď č. 2, Dílčí plnění č. 2: Systém ohřevu pacienta**

Ano

### **Dotaz č. 3, Dílčí plnění č. 2: Systém ohřevu pacienta**

Bude zadavatel akceptovat nabídku na podložky umývatelné běžnými dezinfekčními prostředky, z odolného materiálu a určené k víceúčelovému použití, které nevyžadují žádný obal?

### **Odpověď č. 3, Dílčí plnění č. 2: Systém ohřevu pacienta**

Ano

---

## **DOTAZY K DÍLČÍ ČÁSTI Č. 1: Systém ohřevu krve**

### **Dotaz č. 1, Dílčí plnění č. 1: Systém ohřevu krve**

- Aktuální teplota ohřívacího média na displeji

Různí výrobci mají různou konstrukci při splnění stejného medicínského účelu a použití. Uvedený požadavek je specifický pro jednoho jediného výrobce. Ostatní výrobci používají jiná / obdobná řešení.

Dotaz č. 1: Bude zadavatel vzhledem k výše uvedeným faktům akceptovat nabídku uchazeče na přístroj zcela splňující požadovaný účel a použití s tím, že výrobce používá jiné / obdobné řešení bez potřeby ohřívacího média?

### **Odpověď č. 1, Dílčí plnění č. 1: Systém ohřevu krve**

Ano

### **Dotaz č. 2, Dílčí plnění č. 1: Systém ohřevu krve**

- Automatické vypnutí pumpy přístroje při přehřátí

Vzhledem k ostatním požadovaným parametrům systému ohřevu krve není z konstrukčního hlediska nutná zástavba pumpy do takového systému ohřevu krve. Splnění zamýšleného medicínského účelu a použití lze dosáhnout i přístrojem bez pumpy, což je doložené stovkami instalací včetně COS fakultních nemocnic. Zároveň je takové řešení levnější a také spolehlivější.

Dotaz č. 2: Bude zadavatel akceptovat nabídku na systém ohřevu krve bez pumpy (konstrukce ji nevyžaduje), avšak s automatickým vypnutím ohřevu krve / roztoku při přehřátí?

**Odpověď č. 2, Dílčí plnění č. 1: Systém ohřevu krve**

Ano

**Dotaz č. 3, Dílčí plnění č. 1: Systém ohřevu krve**

- Konstrukční řešení infuzních setů zabraňující vychladnutí infuze mezi přístrojem a pacientem

Uchazeč se z principu ohříváčů krve domnívá, že došlo k administrativnímu pochybení v textu, neboť infuzní sety jsou celosvětově stejné. Uchazeč je přesvědčen, že správný text má být: „Konstrukční řešení přístroje zabraňující vychladnutí infuze mezi přístrojem a pacientem“.

Dotaz č. 3: Upraví zadavatel vzhledem k výše uvedenému faktu text na: „Konstrukční řešení přístroje zabraňující vychladnutí infuze mezi přístrojem a pacientem“?

**Odpověď č. 3, Dílčí plnění č. 1: Systém ohřevu krve**

Parametr je dobře formulovaný neboť uživatel požaduje zajistit stejnou teplotu na straně pacienta tak, jak byla nastavena na přístroji.

---

**Zadavatel upravuje dobu dodání pro obě dílčí části, a to na 45 dní. Upravené smlouvy jsou přílohou tohoto dokumentu. Upravené smlouvy použijí dodavatelé do svých nabídek.**

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nově lhůta pro podání nabídek skončí: 26. 9. 2023 v 10:00h.**

Přílohy:

01\_aktual\_03\_Priloha\_c\_3\_kupni\_smlouva\_dilci\_plneni\_1\_ohrev\_krve

02\_aktual\_03\_Priloha\_c\_3\_kupni\_smlouva\_dilci\_plneni\_1\_ohrev\_pacienta

V Brně dne 13. 9. 2023

**Mgr. Veronika Svobodová**

v plné moci  
BVA konzult, s.r.o.