

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

„**REACT EU – laboratorní centrifugy**“



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Zadavatel obdržel 12.9.2023 prostřednictvím profilu zadavatele písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace jednoho z uchazečů.

Zadavatel poskytuje dle §98 odst. 3. zákona toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

„U položky centrifuga 1 ks a položky chlazená centrifuga bychom rádi nabídli zařízení, které splní vaše podmínky a dokonce bude mít větší kapacitu specifikovaných zkumavek než požadovaná, ale má trošku nižší RCF. Ze zkušenosti víme, že tato sestava zcela vyhovuje požadavkům v laboratorním provozu. Proto si dovolíme pro obě zařízení shodně zeptat: Je pro vás přípustné nabídnutí zařízení, které má relativní centrifugační zrychlení (RCF) s maximem minimálně 2808 g pro nabídnutý výkyvný rotor s příslušenstvím – závěsy a adaptéry?“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel sděluje, že nepřipouští nabízené řešení.

V Ivančicích

Ing. Pavel Baláš
Náměstek ředitele pro HTS
Zástupce zadavatele