

NAŠE ZN.: 4/2023/NŠ
VYŘIZUJE: Nikola Šedivá
TEL.: 518 601 238
E-MAIL: sediva.nikola@nemkyj.cz
DATUM: 15.09.2023

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Veřejná zakázka č. 4/2023/NŠ Intravenózní kanyly

Na základě dotazu dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uveřejněné veřejné zakázce obdobně s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

I. Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Znění dotazu č. 1:

„1. Dle požadavku Zadavatel v technické specifikaci požaduje-tlakovou odolnost kanyly do 21 bar/300psi.

Bude zadavatel akceptovat vyšší tlakovou odolnost-325psi?“

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat vyšší tlakovou odolnost.

II. Změna zadávací dokumentace

Změna č. 1

Zadavatel upravuje čl. I Výzvy pro podání nabídek následovně:

Nové znění čl. I: tlaková odolnost kanyly **min.** 21 bar/300 psi

V dalších bodech beze změny.

Změna č. 2

Zadavatel posoudil poskytnutou změnu zadávací dokumentace a s ohledem na její charakter rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

Nové znění čl. VI. Výzvy pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek: **02.10.2023 v 09:00:00 hod.**

Dne 15.09.2023

Za zadavatele:

Mgr. Petra Böhmová, LL.B.
obchodní náměstkyně