

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

„ REACT EU – laboratorní centrifugy“



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadavatel obdržel 15.9.2023 prostřednictvím profilu zadavatele písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace jednoho z uchazečů.

Zadavatel poskytuje dle §98 odst. 3. zákona toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

„Zadavatel v Příloze č. 3 zadávací dokumentace – Specifikace předmětu plnění – technické podmínky mimo jiné uvedl požadavek:

15. hluchnost do 55 dB	ANO / NE	centrifuga <62 dB(A) nabízený rotor <67 dB(A)
------------------------	----------	--

Můžeme nabídnout centrifugu s výše uvedenou hluchností při splnění všech ostatních technických podmínek?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel sděluje, že nepřipouští nabízené řešení.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

„Zadavatel v Příloze č. 3 zadávací dokumentace – Specifikace předmětu plnění – technické podmínky mimo jiné uvedl požadavek:

34. hlučnost do 55 dB	ANO / NE	centrifuga <58 dB(A) nabízený rotor <56 dB(A)
-----------------------	-----------------	--

Můžeme nabídnout centrifugu s výše uvedenou hlučností při splnění všech ostatních technických podmínek?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel sděluje, že nepřipouští nabízené řešení.

V Ivančicích

Ing. Pavel Baláš
Náměstek ředitele pro HTS
Zástupce zadavatele