

Zadavatel:

CEJIZA, s.r.o.

se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 28353242

Název zadávacího řízení:

„Dodávky injekčních jehel a stříkaček“

(dále jen „**zadávací řízení**“)

zadávané v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

I.

Žádost ze dne 18. 9. 2023

„Dobrý den, žádáme zadavatele o připuštění varianty:

- jehla modrá požadavek 0,60x32, nabízíme modrá 0,60x30

- jehla černá požadavek 0,70x38, nabízíme černá 0,70x40

Děkujeme za úpravu technické specifikace, tak jak je již uvedeno u jiných jehel. ”

Odpověď zadavatele:

Na žádost dodavatele zadavatel uvádí, že nabízené jehly modrá 0,60x30 mm a černá 0,70x40 mm splňují minimální požadavky zadavatele, neboť zadavatel v zadávací dokumentaci připouští u délky jehly toleranci ± 10 % a nabízené jehly tazatele jsou v toleranci zadavatelem požadovaných jehel modrá 0,60x32 mm a černá 0,70x38 mm. Na základě uvedeného zadavatel nebude upravovat technickou specifikaci.

II.

Všechna ostatní ustanovení zadávací dokumentace předmětného zadávacího řízení zůstávají zachována.

V Brně dne 20. 9. 2023

CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka